




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๗๗๗๘, ๗๗๗๙

ที่ พล๑๑๙๒

วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งสำเนาประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี
จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดภาวะภายใน
ด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง ภายในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B ๓๒ /๒๕๖๒
ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาล-
เจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิวคक्षा)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ด่วนที่สุด

เรียน คุณศศิธร
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุชน เอกเศียร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒๘ ก.พ. ๒๕๖๒



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่น	จำนวน	๑	เครื่อง
ความถี่สูงชนิดสี			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๘๔-๗๗๗๘, ๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายใน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒



(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดดี จำนวน ๑ เครื่อง
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑. ความเป็นมา

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณ
เงินงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดดี
จำนวน ๑ เครื่อง ภายในวงเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับตรวจต่อมลูกหมากผ่านทางทวารหนักโดยแสดงภาพได้พร้อมกันสองระนาบ เพื่อให้เกิด
ความแม่นยำในการค้นหาหะเร็งต่อมลูกหมาก และสามารถใช้ตรวจอวัยวะภายในทั่วไป เช่นตับ ไต เพื่อการ
ตรวจวินิจฉัยโรคทั่วไป

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ-
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา


๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่
กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑.  ๒.  ๓. 

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. คุณสมบัติของแผงควบคุมการทำงาน (Operating Console)

๔.๑ เป็นพิมพ์เป็นระบบ International Alphanumeric Keyboard Character Sets

๔.๒ ปุ่มควบคุมการทำงาน (Control Panel) เป็นระบบไฟเรืองแสง

๔.๓ จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว พร้อมปรับระดับความสูงได้

๔.๔ สามารถต่อหัวตรวจได้ไม่น้อยกว่า ๒ หัวตรวจอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถเลือกใช้งานได้ครั้งละ

๑ หัวตรวจ

๕. คุณสมบัติและลักษณะทั่วไปของเครื่อง (System Architecture)

๕.๑ เป็นระบบ Fully Digital Scan Converter

๕.๒ เป็นเครื่องตรวจอวัยวะภายในคลื่นเสียงความถี่สูงที่สามารถแสดงภาพชนิด ขาว-ดำ และสีได้

๕.๓ ตัวเครื่องตั้งอยู่บนฐานไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ มาตรฐานเคลื่อนย้ายได้อิสระและสามารถล็อกล้อให้หยุดนิ่งได้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัย

๕.๔ มีระดับขั้นของการแสดงภาพขาวดำ (Gray Scale) ไม่น้อยกว่า ๒๕๖ ขั้น

๕.๕ ระดับการขยายสัญญาณของระบบ (System Dynamic Range) ไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เดซิเบล

๕.๖ คุณสมบัติในการแสดงภาพ (Imaging Display Modes) มีดังนี้

๕.๖.๑ สามารถแสดงภาพแบบ B-Mode, B+M Mode และ Simultaneous B+B Mode.

๕.๖.๒ สามารถแสดงภาพ B-Mode และ M-Mode พร้อมกันได้แบบ ๑/๒ ในแนวนอน

๕.๖.๓ สามารถแสดงภาพแบบ C (Color Flow Mapping) ได้

๕.๖.๔ สามารถแสดงภาพแบบ P (Power Doppler) ได้

๕.๖.๕ สามารถแสดงภาพแบบ D (D-Mode) ได้

๕.๖.๖ สามารถแสดงภาพแบบ THI (Tissue Harmonic Imaging) ได้

๕.๗ คุณสมบัติการแสดงผลค่าต่าง ๆ บนจอภาพ (Image Screen Display)

๕.๗.๑ สามารถแสดงชื่อผู้ป่วย, เลขประจำตัว, วันและเวลาที่ทำการตรวจ, หัวตรวจที่กำลังใช้งานอยู่ และรูปแบบที่ทำการตรวจ, Scale บอกระดับความลึกและ Frame Rate (FR) ได้


๕.๘ มีสัญลักษณ์บอกลักษณะการทำงาน (Body Mark)

๕.๙ สามารถตั้งคำพิมพ์ล่วงหน้าได้ (Annotation) เพื่อสะดวกในการทำงาน

๕.๑๐ มีแนวเส้น (Puncture Line) แสดงบนจอภาพ เพื่อสะดวกในการใช้ทำการเจาะชิ้นเนื้อ ตามลักษณะชนิดของหัวตรวจ

๕.๑๑ ใช้ไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

๕.๑๒ มีมาตรฐานสากล IEC ๖๐๖๐๑-๑

๑.  ๒.  ๓. 

(นายสุกิจ ศรีพิทยวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๒. คุณสมบัติของรูปแบบการปฏิบัติงาน (Imaging Parameters)

- ๒.๑ สามารถปรับระดับ Color Scale conversion ไม่น้อยกว่า ๘ ระดับ
- ๒.๒ สามารถปรับระดับ Doppler Scale Conversion ไม่น้อยกว่า ๘ ระดับ
- ๒.๓ สามารถปรับระดับ Gray Scale Conversion ของภาพขาวดำไม่น้อยกว่า ๒๐ รูปแบบ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของหัวตรวจ

๓. คุณสมบัติการบันทึกภาพและข้อมูลรวมทั้งการแสดงผลภาพ (Image Review, Documentation and Storage)

- ๓.๑ สามารถแสดงผลภาพ B-Mode ย้อนหลังไม่น้อยกว่า ๓๐๐๐ ภาพ
- ๓.๒ สามารถแสดงผลภาพย้อนหลังแบบต่อเนื่อง (ภาพเคลื่อนไหว) หรือเลือกดูทีละภาพได้
- ๓.๓ สามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวลงในเครื่องได้ โดยมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๒๐ Gb.
(Hard disk ๑๒๐ Gb.)
- ๓.๔ สามารถเก็บภาพลง CD, DVD และ Thumb Drive ได้
- ๓.๕ สามารถปรับทิศทางการแสดงผลภาพได้ทั้งบน-ล่าง, ซ้าย-ขวา หรือ การแบ่งภาพเป็น ๒ ภาพได้
ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

๔. คุณสมบัติของอุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

๔.๑ หัวตรวจทางทวารหนักสำหรับตรวจต่อมลูกหมาก (Electronic Simultaneous Bi-Plane Transducer) จำนวน ๑ หัวตรวจ

๔.๑.๑ เป็นหัวตรวจแบบหลายระนาบ (Real Simultaneous Multiplane) ชนิดหลายความถี่ (Multi Frequency Imaging) มีขนาดความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง ๕.๐ - ๑๐.๐ MHz.

๔.๑.๒ สามารถแสดงผลภาพได้สองระนาบ โดยแสดงผลภาพตัดขวางและภาพตัดยาวพร้อมกัน
ชนิด Real Time

๔.๑.๓ มีปุ่มควบคุมการทำงาน (Built-in control Button) ที่หัวตรวจใช้หยุดภาพ/แสดงผลภาพ
เพื่อสะดวกในการใช้งาน

๔.๑.๔ สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้แนวทางในการเจาะชิ้นเนื้อของอวัยวะได้
(Biopsy Guide) โดยทำมุมกับหัวตรวจและเจาะทะลุผ่านหัวตรวจขึ้นไปต่อมลูกหมาก

๔.๑.๕ หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอร์สามารถทำการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการแช่หัวตรวจ
ลงในน้ำยา Cidex ได้

๔.๒ หัวตรวจเพื่อใช้ในการตรวจทางหน้าท้องทั่วไป (Convex Transducer) จำนวน ๑ หัวตรวจ

๔.๒.๑ เป็นหัวตรวจชนิดหลายความถี่ (Multi Frequency Imaging) มีขนาดความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง
๒.๐ - ๖.๐ MHz.

๔.๒.๒ มีปุ่มควบคุมการทำงาน (Built-in control Button) ที่หัวตรวจใช้หยุดภาพ/แสดงผลภาพ
เพื่อสะดวกในการใช้งาน

๔.๒.๓ สามารถต่อเข้ากับอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้แนวทางในการเจาะชิ้นเนื้อของอวัยวะได้
(Biopsy Guide)

๔.๒.๔ หัวตรวจทั้งหมดรวมถึงสายและคอนเนคเตอร์สามารถทำการฆ่าเชื้อด้วยวิธีการแช่หัวตรวจ
ลงในน้ำยา Cidex ได้

๑.  ๒.  ๓. 

(นายสุกัญญา ศรีทิพย์ารณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๙. อุปกรณ์ประกอบการใช้งานเพิ่มเติม

- ๙.๑ เครื่องสำรองกำลังไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ kVA จำนวน ๑ เครื่อง
๙.๒ อัลตราซาวด์เจล จำนวน ๒ แกลลอน
๙.๓ เครื่องพิมพ์ภาพ ขาว-ดำ จำนวน ๑ เครื่อง
๙.๔ กระดาษพิมพ์ภาพ จำนวน ๕ ม้วน

๑๐. เงื่อนไขเฉพาะ

๑๐.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งมอบของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานและใช้สารเคมีมาก่อน ซึ่งอยู่ในสภาพที่จะพร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมทั้งมีหนังสือรับรองการสำรองอะไหล่และอุปกรณ์ที่สามารถให้การบำรุงรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๘ ปี

๑๐.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันตรวจรับมอบพัสดุ หากเครื่องเกิดชำรุดหรือบกพร่องจะต้องจัดการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจากหน่วยงาน

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนะนำและสอนวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจนกว่าจะใช้งานได้ดี โดยช่างผู้ชำนาญงาน

๑๐.๔ มีคู่มือการใช้งานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างน้อยภาษาละ ๒ ชุด

๑๐.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๑๐.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๑๐.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายกำกับที่แคตตาล็อกในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์ รุ่นที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนด เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑๐.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายช่วง และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๑๐.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๑๑. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๑๒. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑๓. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกัญญา ศรีพิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๑๔. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๕. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

๑๕.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายพัสดุ)

เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐๐

๑๕.๒ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

๑๕.๓ ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th

๑๕.๔ ทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th

๑๕.๕ ทาง e-mail: CKP_Patsadu@ckphosp.go.th

คณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายนำชัย มานะบริบูรณ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางเบญจมาศ มีทอง) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวอรุณวรรณ มุมขาว) พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

(นายสุกิจ ศรีพิทยารม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปลัดบริหารการแพทย์และการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อเครื่องตรวจจ๊ววะภายในด้วยคลื่นความถี่สูงชนิดสี จำนวน ๑ เครื่อง
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๓,๐๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒.....
เป็นเงิน.....๓,๐๐๐,๐๐๐.-.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)๓,๐๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑บริษัท เมดโฟกัส จำกัด ✓
๕.๒บริษัท วีเอ็น แอ็ดเทค จำกัด
๕.๓
๕.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
๖.๑นายนำชัย มานะบริบูรณ์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ.....
๖.๒นางเบญจมาศ มีทอง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ.....
๖.๓นางสาวอุรารรณ มุมขาว ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ.....
๖.๔
๖.๕

-เห็นชอบ

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร