



บันทึกข้อความ

วิชาการและแผนงาน
เลขรับภายใน..... 231
วันที่..... ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒
เวลา..... ๐๙.๒๕ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๗๗๗๘, ๗๗๗๙

ที่ นส. ๑๐๑/๒๖

วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมัลติระบบ ปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมัลติระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B-๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ (วรรค ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิวคณา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ด่วนที่สุด

เรียน.....
เพื่อโปรดทราบ

๙

(นางสาวสุมาลี ธานีธรรมธาร)

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๒

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศเชิญชวน ▼		
กระทรวง	<ตัวเลือกกระทรวง> ▼		
หน่วยงาน	กรุงเทพมหานคร		
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร ▼		
*วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ▼		
ประเภทการจัดหา	ซื้อ ▼		
ประเภทโครงการ	จัดซื้อจัดจ้างตามขั้นตอนปกติ ▼		
เลขที่โครงการ	62027106610		
ชื่อโครงการ			
วันที่		ถึงวันที่	
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่		จนถึง	
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ> ▼		

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 3 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ ประกาศ	งบประมาณ โครงการ(บาท)	สถานะ โครงการ	ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
1	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจ กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความ ละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวี ดีทัศน์ และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อ ตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) (เลขที่ โครงการ : 62027106610)	25/02/2562	11,000,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
ลำดับที่ 1 - 1 จากทั้งหมด 1 รายการ				ย้อนกลับ	1	ถัดไป

(สำเนา)

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมัลติเพล็กซ์เพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมัลติเพล็กซ์เพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร	จำนวน	๑	ชุด
และลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่อง			
ตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อม			
ชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมัล			
ติเพล็กซ์เพื่อตรวจแยกรอย			
โรค			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๘๘-๗๗๗๘,๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

อนุพงษ์ ทิววงศ์ษา

(นายอนุพงษ์ ทิววงศ์ษา)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

โดย นายอนุพงษ์ ทิววงศ์ษา นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-B ๓๑/๒๕๖๒



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหาร	จำนวน	๑	ชุด
และลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่อง			
ตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อม			
ชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และมี			
ระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอย			
โรค			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๒๒๘๙-๗๗๗๘,๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายัง กรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง
พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอทัศน์ และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

๑. ความเป็นมา

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ขออนุมัติจัดสรรเงินนอกงบประมาณเงินงบประมาณ (งบค่าเสื่อม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอทัศน์ และมีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

สำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบทางเดินอาหารด้วยกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนบนและกล้องส่องตรวจทางเดินอาหารส่วนล่าง และเสื่อมสภาพ เพื่อให้เพียงพอกับการใช้งานบริการผู้ป่วย

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. ๒. ๓.

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|-----------------|
| ๑. เครื่องแปลงสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์ | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๒. เครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอดไฟซีนอนหรือแอลอีดี | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๓. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ขนาดเล็ก | จำนวน ๑ กล้อง |
| ๔. กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ | จำนวน ๒ กล้อง |
| ๕. กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ชนิดรายละเอียดภาพสูง | จำนวน ๒ กล้อง |
| ๖.จอแสดงภาพความละเอียดสูง | จำนวน ๑ จอ |
| ๗. เครื่องฉีดน้ำล้างระบบภายใน | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๘. รกเซ็นหรือชุดสำหรับวางอุปกรณ์ Video Endoscope | จำนวน ๑ ชุด |

๕. รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

- ๕.๑ เครื่องแปลงสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ระบบถ่ายทอดสัญญาณประกอบด้วย HDTV, SDTV หรือ DVI-D, HD-SDI.
๒. มีกำลังขยายแบบ Electronic ได้.
๓. สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงเพื่อวินิจฉัยเส้นเลือดและเนื้อเยื่อที่ผิดปกติโดยใช้ระบบ NBI หรือ BLI (Blue light Imaging) หรือ LCI (Linked Color Imaging)
๔. สามารถปรับ IRIS เพื่อความสว่างของภาพคงที่ได้อย่างน้อย ๓ ระดับ.
๕. มีระบบปรับสัญญาณสีขาวโดยอัตโนมัติ (White Balance)
๖. สามารถทำให้ภาพหยุดนิ่งได้นานตามความต้องการ (FREEZE)
๗. สามารถเลือกภาพที่ชัดที่สุดขณะภาพหยุดนิ่งอัตโนมัติโดยใช้ระบบ Anti-Blur หรือระบบ Pre-Freeze เพื่อช่วยให้การบันทึกภาพที่ได้จากการส่องกล้องมีความชัดเจน
๘. ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

- ๕.๒ เครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอดไฟซีนอนหรือแอลอีดี จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ใช้หลอดไฟชนิดซีนอน (xenon) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ วัตต์หรือชนิดแอลอีดี (LED) ๔ หลอด
๒. สามารถปรับความสว่างได้
๓. มีระบบเป่าลม (Air Feeding) และสามารถควบคุมการเป่าลมได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
๔. ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

- ๕.๓ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ขนาดเล็ก จำนวน ๑ กล้อง

เป็นกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวีดีทัศน์ชนิดรายละเอียดภาพสูงมีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้าโดยต่อใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวีดีทัศน์และแสดงภาพการตรวจรักษาบนจอมอนิเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. ระบบเลนส์

- มุมมองภาพไม่น้อยกว่า
- เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง

๑๔๐ องศา

๓-๑๐๐ มม.หรือดีกว่า.

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๒. ส่วนใช้งาน

- ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า, ๕.๘ มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า, ๕.๙ มม.
- ความยาวใช้งานได้ไม่น้อยกว่า, ๑,๐๐๐ มม.
- ความยาวรวมได้ไม่น้อยกว่า, ๑,๔๐๐ มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า, ๒.๒ มม.

๓. ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง

- ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า, ๒๑๐ องศา
- ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า, ๙๐ องศา
- ปรับมุมทางขวาได้ไม่น้อยกว่า, ๑๐๐ องศา
- ปรับมุมทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า, ๑๐๐ องศา

๔. สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงเพื่อวินิจฉัยเส้นเลือด และเนื้อเยื่อที่ผิดปกติโดยใช้ระบบ NBI หรือ FICE.

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย

- ๑. ปลอกกันคนไข้กัด (Mouthpiece) จำนวน ๑ อัน
- ๒. ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน ๑ ชุด
- ๓. วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve) จำนวน ๑ ท่อ
- ๔. วาล์วท่อดูด (Suction Valve) จำนวน ๑ อัน
- ๕. วาล์วท่อลม/ท่อน้ำ (Air/Water Valve) จำนวน ๑ อัน

๕.๔ กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารระบบวิดีโอทัศน จำนวน ๒ กล้อง

เป็นกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นระบบวิดีโอทัศนชนิดท่อใส่เครื่องมือขนาดใหญ่ มีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้าโดยต่อใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศนและแสดงภาพ การตรวจรักษาบนจอมอนิเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. ระบบเลนส์

- มุมมองภาพได้ไม่น้อยกว่า, ๑๔๐ องศา
- เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง, ๒-๑๐๐ มม. หรือดีกว่า

๒. ส่วนใช้งาน

- ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า, ๑๐ มม.
- เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า, ๑๐ มม.
- ความยาวใช้งานได้ไม่น้อยกว่า, ๑,๐๐๐ มม.
- ความยาวรวมได้ไม่น้อยกว่า, ๑,๓๕๐ มม.
- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า, ๒.๘ มม.

๓. ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง

- ปรับมุมขึ้นได้ไม่น้อยกว่า, ๒๑๐ องศา
- ปรับมุมลงได้ไม่น้อยกว่า, ๙๐ องศา
- ปรับมุมทางขวาได้ไม่น้อยกว่า, ๑๐๐ องศา
- ปรับมุมทางซ้ายได้ไม่น้อยกว่า, ๑๐๐ องศา

๑. ๒. ๓.

๔. สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงเพื่อวินิจฉัยเส้นเลือดและเนื้อเยื่อที่ผิดปกติโดยใช้ระบบ NBI หรือ LCI, BLI

๕. มีช่องฉีดน้ำ (Water Jet),

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------|
| ๑. ป्लอกกันคนไข้กัด (Mouthpiece) | จำนวน ๑ อัน |
| ๒. ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๓. วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve) | จำนวน ๑ ห่อ |
| ๔. วาล์วท่อดูด (Suction Valve) | จำนวน ๑ อัน |
| ๕. วาล์วท่อลม/ท่อน้ำ (Air/Water/ Valve) | จำนวน ๑ อัน |

๕.๕ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศนคติรายละเอียดสูง จำนวน ๒ กล้อง

เป็นกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอทัศนคติสายส่องตรวจขนาดเล็กมีเลนส์เห็นภาพอยู่ที่ปลายทางด้านหน้า โดยต่อใช้งานร่วมกับเครื่องประมวลสัญญาณภาพวิดีโอทัศนคติและแสดงภาพการตรวจรักษาบนจอมอนิเตอร์

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. ระบบเลนส์

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| - มุมมองภาพได้ไม่น้อยกว่า | ๑๗๐ องศา |
| - เห็นภาพชัดในระยะระหว่าง | ๕-๑๐๐ มม. หรือกว้างกว่า |

๒. ส่วนใช้งาน

- | | |
|--|-----------|
| - ส่วนปลายกล้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่มากกว่า | ๑๒ มม. |
| - เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกไม่มากกว่า | ๑๒ มม. |
| - ความยาวใช้งานได้ไม่น้อยกว่า | ๑,๖๘๐ มม. |
| - ความยาวรวมได้ไม่น้อยกว่า | ๒,๐๐๐ มม. |
| - ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อใส่เครื่องมือไม่น้อยกว่า | ๓.๒ มม. |

๓. ส่วนปรับมุมสามารถปรับมุมได้ ๔ ทิศทาง

- | | |
|--------------------------------------|----------|
| - ปรับมุมขึ้นและลงได้ไม่น้อยกว่า | ๑๘๐ องศา |
| - ปรับมุมทางขวาและซ้ายได้ไม่น้อยกว่า | ๑๖๐ องศา |

๔. สามารถเปลี่ยนความยาวคลื่นแสงเพื่อวินิจฉัยเส้นเลือดและเนื้อเยื่อที่ผิดปกติโดยใช้ระบบ NBI หรือ LCI, BLI

๕. มีช่องฉีดน้ำเสริม (Water Jet),

๖. มีเทคโนโลยี Flexibility Adjuster หรือ Variable Stiffness ในการช่วยแพทย์ใส่กล้องส่องตรวจได้สะดวกขึ้น

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย

- | | |
|---|-------------|
| ๑. ชุดอุปกรณ์ทำความสะอาด | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. วาล์วปากคีบตัดชิ้นเนื้อ (Biopsy Valve) | จำนวน ๑ ห่อ |
| ๓. วาล์วท่อดูด (Suction Valve) | จำนวน ๑ อัน |
| ๔. วาล์วท่อลม/ท่อน้ำ (Air/Water Valve) | จำนวน ๑ อัน |

๕.๖ จอแสดงภาพความละเอียดสูง

จำนวน ๑ จอ

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๗ นิ้ว หรือมากกว่า
๒. รายละเอียดภาพขนาด ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล หรือดีกว่า
๓. แสดงภาพรายละเอียดสูง

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๕. ผ่านมาตรฐานทางการแพทย์ (Medical Monitor),

๕. ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์,

๕.๗ เครื่องฉีดน้ำล้างระบบภายใน

จำนวน ๑ เครื่อง

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. สามารถต่อฉีดน้ำสำหรับช่องฉีดน้ำเสริมได้

๒. สามารถปรับระดับความแรงการไหลได้

๓. เครื่องควบคุมด้วยสวิทช์ที่เท้า

๔. ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์

อุปกรณ์ประกอบการใช้งานมาตรฐาน ประกอบด้วย

๑. สวิทช์ควบคุมที่เท้า (Foot switch).

จำนวน ๑ ชุด

๒. สายต่อฉีดน้ำเสริม

จำนวน ๑ ชุด

๕.๘ รถเข็นหรือชุดสำหรับวางอุปกรณ์ Video Endoscope

จำนวน ๑ ชุด

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

๑. เป็นรถเข็นหรือชุดสำหรับวางอุปกรณ์ชุดกล้องส่องตรวจ

๒. มี ๔ ล้อ พร้อมเบรกเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๓. มีที่สำหรับแขวนกล้องส่องตรวจ

๔. มีถาดใส่แป้นพิมพ์สามารถเลื่อน เข้า-ออก ได้

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. พัสต์ที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้หรือใช้สัปดาห์ก่อน และอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการรับรองจากบริษัทโรงงานผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี มาพร้อมกับการยื่นซองเสนอราคา

๓. รับประกันคุณภาพสินค้าและรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการใช้งานปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากการตรวจรับพัสดุ

๔. ในกรณีชุดเครื่องมือมีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้จะต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจากหน่วยงาน

๕. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องส่งเจ้าหน้าที่หรือช่างผู้ชำนาญงานเข้ามาแนะนำ ฝึกอบรมหรือสอนวิธีการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

๖. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องทุก ๆ ๖ เดือน ตลอดอายุการรับประกัน โดยมีเอกสารการตรวจเช็คและบำรุงรักษามอบให้กับหน่วยงานไว้ด้วย

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายกำกับที่แคตตาล็อกในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์รุ่นที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนด เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๑.....๒.....๓.....๑๓๓๖๕.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากบริษัทโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายช่วง และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำป้ายที่คงทนแสดง ชื่อบริษัท ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และระยะเวลารับประกัน ติดไว้กับตัวชุดเครื่องให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณา ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษี อื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

๑๑.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายพัสดุ)

เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม

เขตบางคอกแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐๐

๑๑.๒ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

๑๑.๓ ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th

๑๑.๔ ทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th

๑๑.๕ ทาง e-mail: CKP_Patsadu@ckphosp.go.th

คณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อประธานกรรมการ

(นายเกียรติพันธุ์ สุคันธปรีย์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อกรรมการ

(นางอารีวรรณ ชำนาญเดชากุล) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อกรรมการ

(นางจุฑามาศ สังข์วงศ์ บัวหอม) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายสุกิจ ศรีพิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใ้ใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นและกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่
ความละเอียดสูง พร้อมชุดประมวลสัญญาณวิดีโอ และ มีระบบปรับคลื่นแสงเพื่อตรวจแยกรอยโรค,
จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....๒๕ ม.ค. ๒๕๖๒
เป็นเงิน.....๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)๑๑,๐๐๐,๐๐๐.-.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑บริษัท โอลิมปัส (ประเทศไทย) จำกัด ✓
- ๕.๒บริษัท เค.เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด ✓
- ๕.๓
- ๕.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑นายเกียรติพันธุ์ สุคันธปรีย์ ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการพิเศษ ✓
- ๖.๒นางอารีวรรณ ชำนาญเดชากุล ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ✓
- ๖.๓นางจุฑามาศ สังข์วงศ์ บัวหอม ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ✓ ๗๓๓๕
- ๖.๔
- ๖.๕

-เห็นชอบ


 (นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร