



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV
จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๗๑,๐๑๒.๑๖ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทสิบหกสตางค์) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๔-๗๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล kkotipan@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีสักดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา



เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เลขที่ E-BL ๑๕/๒๕๖๓

การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ
ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร
ลงวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปเรียกว่า "กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ

พัสดุที่จะซื้อจะต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น ข้อเสนอข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มีได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๔.๑) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ที่ออกให้โดยกรมทะเบียนการค้า หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๒) สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๔.๓) แบบแสดงลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แนบหนังสือมอบอำนาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔

(๓) เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆ

(๓.๑) เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ

(๔) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคา

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคาเดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่พึงปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๙๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ส่งมอบพัสดุ

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ วัสดุ วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ ไปพร้อมการเสนอราคาทาง ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

๔.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็นการ เสนอราคาให้แก่ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์

๔.๙ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่น คณะ กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่ มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะ พิจารณาลงโทษผู้ยื่นเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทำงาน เว้นแต่ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะ พิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำความดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ พิจารณาของ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่ กำหนด
- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้

(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานคร โดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์อื่น

๕.๒ ในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการจะใช้หลักเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (Price Performance) โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้

๕.๒.๑ รายการพิจารณา คือ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV

(๑) ราคาที่เสนอราคา (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

(๒) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นๆ กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ ๕๐

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

๕.๔ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

(๒) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์

(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาข้อเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่า การตัดสินใจของ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อน หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอขึ้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญากรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน ภายใน ๕ วันทำการ หรือกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือตราพท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือตราพท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว

๘. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๑๐.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐบาล

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐบาล แล้วเท่านั้น

๑๐.๒ เมื่อกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ ดังนี้

(๑) แจ้งการส่งหรือนำสิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายส่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ผู้ขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มีใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่มิปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวิ

๑๐.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์จะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกธำนาจจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกธำนาจให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๐.๔ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๐.๕ ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่าใดๆ เพิ่มเติม

๑๐.๖ กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์อาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ไม่ได้

(๑) กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือสื่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด


๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

กรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับกรุงเทพมหานครโดยโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ไว้ชั่วคราว

กรุงเทพมหานคร

๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓




(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV	
	จำนวน ๑ รายการ	
	หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร	
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๓.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓
	เป็นเงิน ๙๗๑,๐๑๒.๑๖ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทสิบหกสตางค์)	
๓.๑	รายการที่ ๑ จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV	
	จำนวน ๑ รายการ จำนวน ๑,๑๐๔ การทดสอบ การทดสอบละ ๘๗๙.๕๔ บาท	
	เป็นเงิน ๙๗๑,๐๑๒.๑๖ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสิบสองบาทสิบหกสตางค์)	
๔.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๔.๑	ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ดังนี้ คือ	
	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ น้ำยาตรวจ Viral Load จำนวน ๓ รายการ	
	ตามสัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ รพจ.๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๓	
	เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑,๔๘๕,๑๒๓.๒๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสี่แสนแปดหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยยี่สิบสามบาท ยี่สิบสตางค์)	
๕.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๑.	นางสาวอารยา จินตวิวัฒน์	อารยา จินตวิวัฒน์
๒.	นางสาวกรรณกาญจน์ คำเปล่ง	กรรณกาญจน์ คำเปล่ง
๓.	นางสาวชยุตา พินสำเนียง	ชยุตา พินสำเนียง

อนุมัติ



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๓ ส.ค. ๒๕๖๓

ขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

๑. ความเป็นมา

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับอนุมัติเงินนอกงบประมาณ ประเภท เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปี ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ชุดน้ำยาตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV จำนวน ๑ รายการ ทั้งหมด ๑,๐๐๔ การทดสอบ

๒. วัตถุประสงค์

ใช้สำหรับตรวจหาปริมาณ HIV RNA (HIV RNA Viral load) ในตัวอย่างเลือด เพื่อใช้สำหรับตรวจติดตามการรักษาของผู้ติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี หรือผู้ป่วยเอดส์ที่ทำการรักษาด้วยยาต้านไวรัส

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่ กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตธมณีกิตติ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. อารยา จินตวิวัฒน์
(นางสาวอารยา จินตวิวัฒน์)

๒. ก้องกนก คำปลั่ง
(นางสาวกรรณกัญญา คำปลั่ง)

๓. ชยุภา พินสำเนียง
(นางสาวชยุภา พินสำเนียง)

๔. คุณสมบัติทั่วไป

๔.๑ เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปใช้ในการตรวจหาปริมาณเชื้อไวรัส HIV RNA (HIV Viral Load) ในตัวอย่างเลือด โดยใช้เครื่องวิเคราะห์อัตโนมัติ

๔.๒ เป็นน้ำยาที่ผ่านการรับรองให้สามารถใช้ในการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ (In Vitro Diagnostic)

๔.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยา ประเทศสหรัฐอเมริกา (US FDA) และผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข (อย.)

๕. คุณสมบัติเฉพาะชุดน้ำยา

๕.๑ ตรวจหาปริมาณเชื้อ HIV-๑ RNA โดยวิธีขยายสารพันธุกรรมด้วยหลักการ Real Time PCR

๕.๒ สามารถตรวจได้ในตัวอย่างที่เป็น EDTA Plasma

๕.๓ เป็นชุดน้ำยาที่สามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมได้พร้อมกันจำนวนตัวอย่างสูงสุดอย่างน้อย ครั้งละ ๔๘ ตัวอย่าง

๕.๔ ชุดน้ำยามีคุณสมบัติดังนี้

๕.๔.๑ เป็นชุดน้ำยาสำหรับสกัด HIV-๑ RNA จากสิ่งส่งตรวจโดยใช้กับเครื่องสกัดแบบอัตโนมัติ

๕.๔.๒ เป็นน้ำยาที่ใช้เพิ่มปริมาณ เปลี่ยน HIV RNA ให้เป็น cDNA และสามารถเพิ่มปริมาณไวรัสในขอบเขตของ LTR หรือ Gag หรือ Pol

๕.๔.๓ เป็นน้ำยาที่ใช้ในการตรวจจับ DNA ที่เพิ่มจำนวนแล้ว โดยใช้ Probe ที่จำเพาะที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง (Fluorescent-Labeled Oligonucleotide probe)

๕.๔.๔ เป็นชุดน้ำยามีระบบป้องกันการเกิดการปนเปื้อน (Contamination) โดยมีเอนไซม์ Uracil N-Glycosylase หรือ AmpErase เป็นส่วนประกอบของน้ำยา หรือ ต้องมีการจัดหาเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องการปนเปื้อนระหว่างการทดสอบ

๕.๔.๕ มีน้ำยาควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ ซึ่งประกอบด้วย


๕.๔.๕.๑ Positive control ซึ่งเป็น Synthetic RNA มี ๒ ระดับ คือ Low และ High

๕.๔.๕.๒ Negative control ซึ่งเป็น Normal Human Plasma

๕.๔.๖ สามารถตรวจหาปริมาณไวรัส HIV RNA ได้ มีความไวตั้งแต่ ๕๐-๑๐,๐๐๐,๐๐๐ copies/ml หรือดีกว่า ที่ความน่าเชื่อถือ ๙๕%CI

๕.๔.๗ เป็นชุดน้ำยาสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน (Ready to use) หรือต้องเตรียม ผสม หรือละลายก่อนใช้งาน

๕.๔.๘ ชุดน้ำยามีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๖ เดือน หลังจากส่งมอบน้ำยา



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตธมณีศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. อารยา จินตวิวัฒน์
(นางสาวอารยา จินตวิวัฒน์)

๒. กษิณพร คำปลั่ง
(นางสาวกรรณกาญจน์ คำปลั่ง)

๓. ชยุตา พินสำเนียง
(นางสาวชยุตา พินสำเนียง)

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์พิจารณาแบบการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) และพิจารณาผู้ชนะจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด รายละเอียดแสดงในเกณฑ์การพิจารณา (หน้าที่ ๖) และให้คะแนนตามส่วนดังนี้

- ราคารวมที่เสนอคิดเป็น ร้อยละ ๕๐
- คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการคิดเป็น ร้อยละ ๕๐

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องให้ยืมและติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมัติ สำหรับให้โรงพยาบาลใช้ตลอดอายุสัญญาหรือจนกว่าจะนำยาใช้งานหมดตามสัญญา โดยให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องจนจบกระบวนการทดสอบ และรายงานผล ในกรณีที่ไม่เคยติดตั้งเครื่องตรวจวิเคราะห์หัตถ์โนมัติที่โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์มาก่อน เครื่องที่นำมาติดตั้งต้องเป็นเครื่องใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานที่ใดมาก่อน โดยเครื่องมือต้องมีคุณสมบัติอย่างน้อยดังนี้

๗.๑.๑ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมหัตถ์โนมัติ

๗.๑.๑.๑ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมหัตถ์โนมัติสามารถใช้หลอด Primary tube เข้าเครื่องได้เลยหรือต้องมีการปั่นแยกพลาสมา ก่อนเข้าเครื่อง

๗.๑.๑.๒ เครื่องสกัดสารพันธุกรรมหัตถ์โนมัติ ใช้ระบบ magnetic particle เพื่อนำไปใช้ในปฏิกิริยา PCR ต่อไป พร้อมด้วยระบบป้องกันการปนเปื้อน

๗.๑.๑.๓ สามารถสกัดสิ่งส่งตรวจได้จาก พลาสมา หรือ ซีรัม

๗.๑.๑.๔ สามารถสกัดสิ่งส่งตรวจได้อย่างน้อย ๗๒ ตัวอย่างต่อครั้งต่อการทำงาน ๑ รอบ และสามารถตรวจได้น้อยที่สุดตั้งแต่ ๑ ตัวอย่างขึ้นไปต่อครั้งต่อการทำงาน ๑ รอบ

๗.๑.๑.๕ ใช้ระบบ Barcode เพื่อติดตามการทำงานทุกขั้นตอน โดยป้อนข้อมูลผ่านเครื่อง และรายงานผลทางหน้าจอ

๗.๑.๑.๖ มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องมาตรฐานของโรงงานผลิตครบถ้วน

๗.๑.๑.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้ และมีระบบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS)

๗.๑.๑.๘ เครื่องมือที่ติดตั้งต้องมีการแสดงหลักฐานการอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตาม พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ๒๕๕๑



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. อารยา จินตวิวัฒน์
(นางสาวอารยา จินตวิวัฒน์)

๒. กรองกาญจน์ คำเปล่ง
(นางสาวกรองกาญจน์ คำเปล่ง)

๓. ชยุตา พินสำเนียง
(นางสาวชยุตา พินสำเนียง)

๗.๑.๒ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมอัตโนมัติ

๗.๑.๒.๑ เป็นเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมชนิดเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอัตโนมัติและวัดสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Automated Real time PCR)

๗.๑.๒.๒ สามารถวัดปริมาณสารพันธุกรรมที่เพิ่มขึ้นและแสดงผลบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เมื่อสิ้นสุดกระบวนการ

๗.๑.๒.๓ สามารถวิเคราะห์ปริมาณสารพันธุกรรมหลังสิ้นสุดกระบวนการ PCR โดยใช้ Probe ที่ติดฉลากด้วยสารเรืองแสง

๗.๑.๒.๔ สามารถตรวจสอบสิ่งส่งตรวจได้ ๔๘ ตัวอย่างต่อครั้งต่อการทำงาน ๑ รอบ และสามารถตรวจได้น้อยที่สุดตั้งแต่ ๑ ตัวอย่างขึ้นไปต่อครั้งต่อการทำงาน ๑ รอบ

๗.๑.๒.๕ ควบคุมการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยมีระบบรายงานผลทางหน้าจอคอมพิวเตอร์และเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผล

๗.๑.๒.๖ มีอุปกรณ์ประกอบเครื่องมาตรฐานของโรงงานผลิตครบถ้วน

๗.๑.๒.๗ ใช้กับระบบไฟฟ้าในประเทศไทยได้ และมีระบบเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าสำรอง (UPS)

๗.๑.๒.๘ เครื่องมือที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรป สหรัฐอเมริกา เอเชีย และประเทศไทยโดยมีการแสดงหลักฐานการอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาตาม พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์ ๒๕๕๑

๗.๑.๒.๙ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสกัดสารพันธุกรรม เป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ (Fully Automated) เพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินงานหรือมีขั้นตอน manual ในการส่งตัวอย่างจากเครื่อง สกัดสารพันธุกรรมไปยังเครื่องตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม

๗.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีสนับสนุนการเข้าร่วมประเมินคุณภาพ EQA Program จากหน่วยงานที่ได้รับมาตรฐานระดับสากล

๗.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีส่งช่างมาตรวจสอบเครื่องวิเคราะห์อย่างสม่ำเสมอและเมื่อเครื่องมีปัญหาขัดข้อง ผู้ยื่นข้อเสนอ จะดำเนินการซ่อมภายใน ๒๔ ชั่วโมง

๗.๔ ในกรณีเครื่องขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถแก้ปัญหาให้ได้ภายใน ๔๘ ชั่วโมง ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งไปทำที่อื่น

๗.๕ มีคู่มือการใช้งานอย่างน้อย ๑ ชุด ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๗.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องสนับสนุนค่าเชื่อมต่อ Interface กับระบบ LIS ของโรงพยาบาลที่ใช้อยู่ได้

๗.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอมีระบบสารสนเทศทางห้องปฏิบัติการ (LIS) หรือ ระบบการรายงานผลแบบออนไลน์ (Web Lab/Web Report)

๗.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดให้มีการอบรมการใช้งาน และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์ให้กับผู้ปฏิบัติงานจนชำนาญ



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรเมธีศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๕๕๓ ๖๖๖ ๖๖๖

๑. อารยา จินตวิวัฒน์

(นางสาวอารยา จินตวิวัฒน์)

๒. นสอ.กนกพร คำเปลว

(นางสาวกรรณกาญจน์ คำเปลว)

๓. ชยดา พินสำเนียง

(นางสาวชยดา พินสำเนียง)

- ๗.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องรับผิดชอบในการนำส่งตัวอย่างตรวจจากโรงพยาบาลเครือข่ายในเครือข่ายในเครือ กรม.
รวม ๗ แห่ง และสำนักงานชั้นสูตรสาธารณสุข สำนักงานมาย กรุงเทพมหานคร มายังห้องปฏิบัติการ
ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ เพื่อทำการตรวจและรายงานผล ให้เครือข่ายได้ภายใน ๓ วัน
และยังสามารถรายงานผลหรือ ส่งผลการตรวจผ่านระบบ online ให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายใน
กรณีเร่งด่วนได้

๘ คุณสมบัติด้านบริการหลังการขาย

- ๘.๑ บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการให้ความรู้และงานด้านวิชาการ (Education
program and knowledge) และให้คำปรึกษาด้าน Application
๘.๒ บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอต้องมี Call center ให้บริการ ทั้งทีมช่างไอที และ Application
๘.๓ บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสภาพและบำรุงรักษาเครื่องตามมาตรฐาน
ให้เครื่องสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำตารางเวลาบำรุงรักษาตลอดอายุ
สัญญาและดำเนินการอย่างเคร่งครัด
๘.๔ บริษัทผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการฝึกอบรมโดยมีหนังสือรับรองเครื่องมือมาทำการ
Preventive maintenance อย่างน้อยปีละ ๓ ครั้ง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ที่ซื้อขายไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับ
ถัดจากวันที่รับมอบชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบการจัดการจัดหาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ให้ใหม่
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง และจะต้องเป็นชุดน้ำยาตรวจเดิม (Lot number) ที่มีการ
ชำรุดบกพร่อง เว้นแต่จะไม่มีชุดน้ำยาดังกล่าวจะต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า

๑๐. ระยะเวลาในการดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็นโดยเปิดเผยตัว

๑๓.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหลม

เขตบางคอกแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

๑๓.๒ ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th

๑๓.๓ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

๑๓.๔ ทางอีเมล kkotipan@ckphosp.go.th

(นายเกรียงไกร ตั้งจิตธมณีกิตตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑. อารยา จินตวิวัฒน์
(นางสาวอารยา จินตวิวัฒน์)

๒. นภสร กองคำเปล่ง
(นางสาวกรรณกาญจน์ คำเปล่ง)

๓. ชยุตา พินสำเนียง
(นางสาวชยุตา พินสำเนียง)

เกณฑ์การพิจารณา

๑. เกณฑ์การพิจารณาราคาที่เสนอ (๕๐ คะแนน)

๒. เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (๕๐ คะแนน)

๒.๑ คุณลักษณะทางเทคนิค (๒๐ คะแนน)

๒.๑.๑ ชุดน้ำยามีระบบป้องกันการเกิดการปนเปื้อน (Contamination)

- มีเอนไซม์ Uracil N-Glycosylase หรือ AmpErase เป็นส่วนประกอบของชุดน้ำยา = ๑๐ คะแนน
- ต้องจัดหาเพิ่มเติม และสนับสนุนค่าใช้จ่ายโดยบริษัท = ๕ คะแนน
- ต้องจัดหาเพิ่มเติม และมีค่าใช้จ่าย = ๒.๕ คะแนน

๒.๑.๒ ความสามารถในการตรวจหาปริมาณไวรัส HIV RNA ที่ความน่าเชื่อถือ ๙๕ %CI (๑๐ คะแนน)

- ตรวจหาปริมาณไวรัสได้ตั้งแต่ ๒๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ copies/mL = ๑๐ คะแนน
- ตรวจหาปริมาณไวรัสได้ตั้งแต่ ๓๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ copies/mL = ๕ คะแนน
- ตรวจหาปริมาณไวรัสได้ตั้งแต่ ๔๐ - ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ copies/mL = ๒.๕ คะแนน

๒.๒ คุณสมบัติที่เอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน (๓๐ คะแนน)

๒.๒.๑ ความสามารถในการนำตัวอย่างเข้าเครื่องสกัดสารพันธุกรรมได้ (๕ คะแนน)

- สามารถนำ Primary tube เข้าเครื่องสกัดสารพันธุกรรมได้ = ๕ คะแนน
- ต้องปั่นและแยก Plasma ออกจาก Primary tube ก่อนนำเข้าเครื่องสกัดสารพันธุกรรม = ๒.๕ คะแนน

๒.๒.๒ การใช้งานชุดน้ำยา (๑๐ คะแนน)

- ไม่ต้องเตรียม ผสม หรือละลายก่อนใช้งานเพื่อลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานทุกรายการ = ๑๐ คะแนน
- ต้องเตรียม ผสม หรือ ละลายก่อนใช้งานบางรายการ = ๕ คะแนน

๒.๒.๓ เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมและตรวจวัดปริมาณสารพันธุกรรม (๑๕ คะแนน)

- เชื่อมต่อกันเป็นระบบอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ (Fully Automated) (๑๕ คะแนน)
- ไม่เชื่อมต่อกันและมีขั้นตอนในการย้ายสารพันธุกรรมจากเครื่องสกัดไปยังเครื่องเพิ่มปริมาณและตรวจวัด โดยวิธี Manual (๕ คะแนน)



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรเมณีศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ)..... อารยา จิตวิวัฒน์..... ประธานกรรมการ
(นางสาวอารยา จิตวิวัฒน์) นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..... กษณพร คำเปลว..... กรรมการ
(นางสาวกรรณพร คำเปลว) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... ชุติมา พินสาเนียง..... กรรมการ
(นางสาวชุติมา พินสาเนียง) เจ้าหน้าที่งานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน

ตารางการประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)

เกณฑ์การพิจารณา	น้ำหนัก คะแนน	คะแนนที่ ได้
ชื่อบริษัทผู้เสนอราคา.....		
๑. ราคาที่เสนอ	๕๐	
๒. คุณลักษณะทางเทคนิค (จากคะแนนข้อ ๒.๑.๑)	๑๐	
๓. คุณลักษณะทางเทคนิค (จากคะแนนข้อ ๒.๑.๒)	๑๐	
๔. คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (จากคะแนนข้อ ๒.๒.๑)	๕	
๕. คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (จากคะแนนข้อ ๒.๒.๒)	๑๐	
๖. คุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (จากคะแนนข้อ ๒.๒.๓)	๑๕	
รวม	๑๐๐	

คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ) อารยา จินตวิวัฒน์ ประธานกรรมการ
(นางสาวอารยา จินตวิวัฒน์) นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) กศอศพร คำเปลว กรรมการ
(นางสาวกรองกาญจน์ คำเปลว) นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

(ลงชื่อ) ชยดา พินสำนึง กรรมการ
(นางสาวชยดา พินสำนึง) เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร