



บันทึกข้อความ

วิชาการและแผนงาน
เลขรับภายใน 1622
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๐๒๗๗๘, ๐๒๗๗๙

ที่ พค. ๗๓๕ ๒๖

วันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ภายในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B ๑๘.../๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิวคัมชา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ด่วนที่สุด

เรียน.....
เพื่อโปรดทราบ

(นายพิษณุวิศว์ ไวยาณิชการ)
นักเวชنيทัศน์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือด โดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือด โดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือด โดยใช้กระบอกฉีดยา	จำนวน	๑๐	เครื่อง
--	-------	----	---------

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๙-๗๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msd.bangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑


(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์:เครื่องควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา
จำนวน ๑๐ เครื่อง

ศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑. ความเป็นมา

ศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องควบคุม
การให้ของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยใช้กระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง ภายในวงเงิน ๕๕๐,๐๐๐.- บาท
(ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์ของการใช้งาน

ใช้ในการควบคุมการให้ของเหลวเข้าสู่ร่างกายโดยใช้กระบอกฉีดยา ซึ่งสามารถควบคุมอัตราการไหล
ให้เข้าสู่ร่างกายอย่างแม่นยำ

๓. คุณลักษณะทั่วไป

๓.๑ เป็นเครื่องควบคุมการให้ของเหลวหรือสารละลายเข้าสู่ร่างกายทางหลอดเลือดดำ มีขนาดกะทัดรัด
และมีที่ยึดเครื่องกับเสาให้น้ำเกลือ

๓.๒ ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับในช่วง ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์, ๕๐-๖๐ เฮิร์ตซ์ พร้อมแบตเตอรี่สำรอง
ภายใน สามารถชาร์จประจุไฟฟ้าใหม่ได้แบบ NiMH หรือ Lithium Ion สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า ๕ ชั่วโมง
ที่อัตราการจ่ายสารละลาย ๕ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

๓.๓ ได้รับมาตรฐาน EN๖๐๖๐๑-๑ หรือ Class I type CF หรือ IP๒๔

๔. คุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ สามารถใช้งานกับกระบอกฉีดยา ๕, ๑๐, ๒๐, ๓๐, ๕๐ มิลลิลิตร

๔.๒ สามารถตั้งอัตราการจ่ายได้ดังนี้

๔.๒.๑ กระบอกฉีดยาขนาด ๕ มิลลิลิตร สามารถตั้งอัตราการจ่ายสารละลาย ๐.๑ - ๑๕๐ มิลลิลิตร
ต่อชั่วโมง หรือกว้างกว่า

๔.๒.๒ กระบอกฉีดยาขนาด ๑๐, ๒๐, ๓๐ มิลลิลิตร สามารถตั้งอัตราการจ่ายสารละลาย ๐.๑ - ๓๐๐
มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือกว้างกว่า

๔.๒.๓ กระบอกฉีดยาขนาด ๕๐ มิลลิลิตร สามารถตั้งอัตราการจ่ายสารละลาย ๐.๑ - ๑,๒๐๐
มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือกว้างกว่า

๔.๓ สามารถกำหนดปริมาตรของสารละลายที่จะให้กับผู้ป่วยได้ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๑,๐๐๐ มิลลิลิตร
หรือกว้างกว่า

๔.๔ สามารถกำหนดเวลาการให้ของสารละลายได้ ๑ นาที ถึง ๒๔ ชั่วโมง หรือกว้างกว่า

๔.๕ สามารถแสดงปริมาตรของสารละลายที่จ่ายไปแล้วได้ตั้งแต่ ๐.๑ ถึง ๙,๙๐๐ มิลลิลิตร หรือกว้างกว่า

๔.๖ สามารถเร่งอัตราการจ่ายสารละลายสูงสุด (Purge Rate) ๑๕๐-๕๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง หรือกว้างกว่า

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๔.๗ สามารถเร่งอัตราการจ่ายสารละลายสูงสุดสู่ผู้ป่วย (Bolus Rate) ได้ดังนี้

๔.๗.๑ กระบอกฉีดยาขนาด ๕ มิลลิลิตร อัตราการเร่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

๔.๗.๒ กระบอกฉีดยาขนาด ๑๐ มิลลิลิตร อัตราการเร่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

๔.๗.๓ กระบอกฉีดยาขนาด ๒๐ มิลลิลิตร อัตราการเร่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

๔.๗.๔ กระบอกฉีดยาขนาด ๓๐ มิลลิลิตร อัตราการเร่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

๔.๗.๕ กระบอกฉีดยาขนาด ๕๐ มิลลิลิตร อัตราการเร่งสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ มิลลิลิตรต่อชั่วโมง

๔.๘ มีระบบการเร่งการให้สารละลาย

๔.๙ มีระบบสัญญาณเตือน (Alarm) ด้วยเสียงและข้อความให้ทราบดังนี้

๔.๙.๑ เกิดการอุดตัน (Occlusion)

๔.๙.๒ ปริมาณของสารละลายในกระบอกฉีดยาใกล้หมด (Nearly empty)

๔.๙.๓ พลังงานจากแบตเตอรี่สำรองภายในเครื่องใกล้หมด (Low Battery)

๔.๙.๔ การใส่กระบอกฉีดยาไม่ถูกต้อง (Plunger/ Clutch Displacement, Check syringe) หรือมีการหลุดของกระบอกฉีดยาหรืออุปกรณ์ของเครื่องควบคุมที่ใช้ยึดจากตำแหน่งปกติ ทำให้เครื่องไม่ทำงาน (Drive disengaged)

๔.๙.๕ กรณีสายไฟหลุด (AC cable disconnection)

๔.๑๐ สามารถปรับระดับแรงดันอุดตันภายในสายให้สารละลายได้อย่างน้อย ๑๐ ระดับ

๔.๑๑ สามารถแสดงข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนหลังได้ อย่างน้อย ๑,๕๐๐ ครั้ง

๕. อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

๕.๑ คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ ชุดต่อเครื่อง

๕.๒ สายน้ำเกลือ ๑ ชุดต่อเครื่อง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาการเสนอราคา

ในการพิจารณาผลการเสนอราคาในครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาคัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๗.๑ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่รับมอบพัสดุ หากเครื่องเกิดชำรุดหรือบกพร่องจะต้องจัดการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่องจากหน่วยงาน หากเครื่องชำรุดบกพร่องไม่สามารถใช้งานได้จะต้องจัดให้มีเครื่องสำรองให้ใช้งานทุกกรณี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกัญ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๗.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๗.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรง จากบริษัทโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายช่วง และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๗.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๗.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องจัดส่งช่างหรือวิศวกรที่ชำนาญงานเข้าให้คำแนะนำหรือสอนการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจนกว่าจะใช้งานได้ดี อย่างน้อย ๒ ครั้ง หลังจากตรวจรับพัสดุ

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ


(นายสุธิน เอกเสถียร) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางศิริพร เวชประสิทธิ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางวิราวรรณ เทวสุคนธ์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ






(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)


ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อเครื่องควบคุมการไหลของเหลวเข้าสู่หลอดเลือดโดยกระบอกฉีดยา จำนวน ๑๐ เครื่อง		
	โดยวิธีเฉพาะเจาะจง		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕๕๐,๐๐๐.- บาท		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ.วันที่	๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑	
เป็นเงิน	๓๙๕,๐๐๐.-	บาท	
ราคา/หน่วย	๓๙,๕๐๐.-	บาท	
๕ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑	บริษัท เกทเวย์ เซลส์แอนด์ จำกัด		
๕.๒	บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด		
๕.๓	ราคาที่เคยจัดซื้อครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๑		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๖.๑ นายสุธน เอกเสถียร		
	๖.๒ นางศิริพร เวชประสิทธิ์		
	๖.๓ นางวิราวรรณ เทวสุคนธ์		

เห็นชอบ



(นายสุกิจ ศิริพิทยารม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร