



บันทึกข้อความ

วิชาการและแผนงาน
เลขรับภายใน 1620
วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑
เวลา 10.00 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๐๒๗๗๘, ๐๒๗๗๙

ที่ พล. ๓๓๖ 1๖

วันที่ ๒๒ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอบแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอบแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ภายในวงเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B ๑๕ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ (วรรค ๑)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิวคक्षा)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ด่วนที่สุด

เรียน.....
เพื่อโปรดทราบ

(นายพิษณุวิศว์ ไวยพานิชการ)
นักเวชภัณฑ์ชำนาญการ
วิชาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

Thai Government Procurement

เงื่อนไขค้นหาประกาศ

*ประเภทประกาศ	ประกาศเชิญชวน
กระทรวง	<ตัวเลือกกระทรวง>
หน่วยงาน	กรุงเทพมหานคร
จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
*วิธีการจัดหา	ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภทการจัดหา	ซื้อ
ประเภทโครงการ	<ตัวเลือกประเภทโครงการ>
เลขที่โครงการ	
ชื่อโครงการ	
วันที่	ถึงวันที่
จำนวนเงินงบประมาณตั้งแต่	จนถึง
สถานะโครงการ	<ตัวเลือกสถานะโครงการ>

ค้นหา ล้างตัวเลือก

หมายเหตุ : รายการที่มี ดอกจันสีแดง หมายถึงต้องบันทึกข้อมูล

: ระบบจะแสดงข้อมูลประกาศนับจากวันปัจจุบัน ย้อนหลัง 3 เดือน หากต้องการดูย้อนหลังเกิน 3 เดือน ให้ระบุวันที่ที่ต้องการ

: ผู้สนใจสามารถดูประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โดยกำหนดเงื่อนไขประเภทประกาศเป็น "ประกาศราคากลาง" หรือดูได้ที่ประกาศที่เกี่ยวข้อง

: กรณีต้องการข้อมูลประกาศจัดซื้อจัดจ้างเก่า (ตั้งแต่ ม.ค. 2547 - มี.ค. 2553) ให้ทำหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง

ลำดับ	หน่วยงาน	เรื่อง	วันที่ประกาศ	งบประมาณโครงการ(บาท)	สถานะโครงการ	ประกาศที่เกี่ยวข้อง
1	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อยูนิตหั่นดกกรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117274224)	22/11/2561	1,960,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
2	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117166580)	22/11/2561	1,628,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
3	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 30 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง และความเร็ว 20 แผ่นต่อนาที จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117318192)	22/11/2561	660,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
4	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117265926)	22/11/2561	860,000.00	ระหว่างดำเนินการ	
5	กรุงเทพมหานคร	ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดทดสอบเบี่ยงเบนสำหรับตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในอาหารและน้ำ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61117318095)	21/11/2561	2,037,000.00	ระหว่างดำเนินการ	

(สำเนา)

ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	๒	ชุด
ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ			
LED			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๙. ไม่เป็น

...

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๙ ๗๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

สุกิจ ศรีทิพยวรรณ

(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

สำเนาถูกต้อง

อนุพงษ์ ทิววงศ์ษา

(นายอนุพงษ์ ทิววงศ์ษา)

นักวิชาการพัสดุด้านนาฏการ

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

โดย นายอนุพงษ์ ทิววงศ์ฯ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ E-B ๑๕/๒๕๖๒



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอบแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอบแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน	๒	ชุด
ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอบแบบ LED			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

/๙. ไม่เป็น ...

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๙ ๗๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน ๒ ชุด
กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑. ความเป็นมา

กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอแบบ LED จำนวน ๒ ชุด ในวงเงิน ๑,๙๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เพื่อใช้สำหรับการบริการผู้ป่วยทางทันตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการควบคุมระบบการทำงาน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน, ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑. ๒. ๓.

(นายสุกิจ ศรีทิพวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. รายละเอียดหรือคุณลักษณะทั่วไป

เป็นยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบติดตั้งที่พื้น (floor mounted unit) โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคุมการทำงาน ประกอบด้วย

๔.๑ หน่วยทันตกรรมหลัก (Master Dental Unit) ได้แก่ ระบบเครื่องกรอฟัน ระบบควบคุม ระบบดูดของเหลว น้ำลาย และเลือด ที่วางลาดเครื่องมือ ระบบน้ำบ้วนปาก ระบบน้ำดีน้ำทิ้ง ระบบให้แสงสว่าง ประกอบเป็นชุดเดียวกัน และเก้าอี้คนไข้

๔.๒ เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม

๔.๓ ที่ดูฟิล์มเอกซเรย์ชนิด panoramic view ติดในตำแหน่งที่ดูได้สะดวก ต้นกำเนิดแสงเป็น Fluorescent หรือ LED

๔.๔ มีจุดต่อ (coupling) ระบบน้ำสำหรับเครื่องดูดหินปูน

๔.๕ ระบบทำงานภายในยูนิตทันตกรรมทั้งหมดใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับแรงเคลื่อนไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ ไซเคิล และถูกดัดแปลงเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ โวลต์ ยกเว้นส่วนที่เป็นมอเตอร์

๕. คุณลักษณะทางเทคนิค

๕.๑ ระบบเครื่องกรอฟัน (DENTAL HANDPIECE SYSTEM) ด้ามกรอฟันมี ๒ ชนิด

๕.๑.๑ ด้ามกรอฟันความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยแรงลม (High Speed Air Turbine Handpiece) เป็นด้ามกรอฟันความเร็วสูงหรือด้ามจับหัวกรอฟันความเร็วสูงขับเคลื่อนด้วยลม พร้อมอุปกรณ์ครบ ๒ ชุด และมีคุณสมบัติ ดังนี้

๕.๑.๑.๑ เป็นด้ามกรอฟันชนิด ceramic ball bearing handpiece

๕.๑.๑.๒ มีความเร็วไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐ รอบ/นาที

๕.๑.๑.๓ ใช้ได้กับเข็มกรอฟัน (FG dental bur) การถอดใส่เข็มกรอฟันเป็นแบบกดฝ่าหลัง (push button chuck)

๕.๑.๑.๔ ที่ปลายหัวกรอฟันมีทางเดินของน้ำหล่อเย็นฉีดออกมาได้ จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ รู

๕.๑.๑.๕ มีสายใยแก้วนำแสง (fiber optic light)

๕.๑.๑.๖ สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบแรงดันไอน้ำ (autoclavable) สูงถึง ๑๓๔ องศาเซลเซียส

๕.๑.๑.๗ มีข้อต่อด้ามกรอฟันเป็นชนิด Quick coupling หมุนรอบตัวได้ ๓๖๐ องศา แยกเป็นอิสระได้จากสายอ่อน และด้านท้ายเป็นแบบ Mid West ๔ รู มีหลอดกำเนิดแสงชนิด LED ที่ปลาย coupling

๕.๑.๑.๘ มีด้ามกรอฟันความเร็วสูงชนิดเดียวกันสำรองเพิ่มต่างหากอีก ๑ ด้าม

๑. สกต อิมู ๒. ๓. มี ๑ ๕

๕.๑.๒ ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำ (Low speed handpiece) พร้อมอุปกรณ์ครบ ๑ ชุด
มีคุณสมบัติดังนี้

๕.๑.๒.๑ มอเตอร์ชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็ก (Electric Micromotor)

๕.๑.๒.๑.๑ มีความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ รอบต่อนาที

๕.๑.๒.๑.๒ มีท่อน้ำภายใน (internal water coolant)

๕.๑.๒.๑.๓ มีหลอดกำเนิดแสงชนิด LED

๕.๑.๒.๑.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานมีเครื่องหมายการค้าเดียวกัน
ยูนิตทันตกรรม ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน

๕.๑.๒.๒ ด้ามต่อเป็นแบบ E-Type handpiece, ชนิดท่อน้ำภายใน (Internal water spray) มี ๒ ชนิด

๕.๑.๒.๒.๑ ด้ามต่อชนิดตรง (Straight handpiece) จำนวน ๑ ด้าม

๕.๑.๒.๒.๑.๑ อัตราทด ๑:๑

๕.๑.๒.๒.๑.๒ มีสายใยแก้วนำแสง (fiber optic light)

๕.๑.๒.๒.๑.๓ ที่ปลายด้ามหัวกรอฟันมีทางเดินของ

น้ำหล่อเย็น (water spray) ออกมาได้ไม่น้อยกว่า ๑ รู

๕.๑.๒.๒.๒ ด้ามต่อชนิดหักมุม (Contra Angle Handpiece) จำนวน ๑ ด้าม

๕.๑.๒.๒.๒.๑ อัตราทด ๑:๑

๕.๑.๒.๒.๒.๒ มีสายใยแก้วนำแสง (fiber optic light)

๕.๑.๒.๒.๒.๓ ที่ปลายด้ามหัวกรอฟันมีทางเดินน้ำหล่อเย็น

(water spray) ออกมาได้ไม่น้อยกว่า ๑ รู

๕.๑.๒.๒.๒.๔ ด้ามต่อชนิดหักมุมใช้กับเข็มกรอฟันชนิด

ปลายก้านบาก (latch type) การถอดใส่เข็มกรอฟันเป็นแบบผกาดหลัง

๕.๑.๒.๓ สามารถปรับความเร็วรอบและทิศทางการเดิน - ถอยหลังได้ที่สวิตช์เท้า

๕.๑.๒.๔ สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ

(autoclavable), สูงถึง ๑๓๔ องศาเซลเซียส ยกเว้น Electric micromotor

๕.๒ หัวฉีดน้ำ-เป่าลม (TRIPLE SYRINGE)

๕.๒.๑ สามารถฉีดน้ำ เป่าลม หรือฉีดน้ำและลมพร้อมกันให้เป็นฝอย

๕.๒.๒ ปลายหัวฉีดน้ำ (tip) สามารถทำให้ปลอดเชื้อโรคได้ด้วยเครื่องอบความดันไอน้ำ

๕.๒.๓ มี ๒ ชุด ติดตั้งบริเวณเดียวกับที่ปักด้ามหัวกรอฟันและทางด้านผู้ช่วยทันตแพทย์

๕.๓ ระบบภาชนะบรรจุน้ำสำหรับด้ามกรอฟัน (SELF-CONTAINED CLEAN WATER SYSTEM)

๕.๓.๑ ภาชนะเป็นขวดบรรจุ (water tank/bottle) มองเห็นระดับน้ำได้ไม่เป็นสนิม
ความจุไม่น้อยกว่า ๑ ลิตร

๕.๓.๒ มีระบบระบายลมทันที สามารถเปลี่ยนภาชนะถอดออกประกอบเข้าเพื่อเติมน้ำ
หรือทำความสะอาดได้สะดวก

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพยารม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๕.๔ ระบบควบคุมการทำงาน

๕.๔.๑ ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอฟัน

๕.๔.๑.๑ ระบบควบคุมการทำงานของด้ามกรอฟัน เป็นระบบโซลินอยด์ไฟฟ้า (Electric Solenoid Valve) หรือระบบลวมร่วมกับระบบโซลินอยด์ไฟฟ้า (Servo system)

๕.๔.๑.๒ มีระบบอัตโนมัติควบคุมการทำงานด้ามอุปกรณ์ต่างๆ (First Priority System) เมื่อหยิบหัวกรอฟัน (handpiece) ออกจากที่วางหรือที่ใส่พักตั้งแต่ ๒ ด้ามขึ้นไปและเหยียบสวิทช์เท้า ด้ามอุปกรณ์ที่หยิบออกมาแรกสุด ต้องทำงานเพียงด้ามเดียวเท่านั้น

๕.๔.๑.๓ ระบบที่วางพักด้ามอุปกรณ์ (Dental Handpiece Delivery System)

๕.๔.๑.๓.๑ ที่วางพักด้ามอุปกรณ์ด้านทันตแพทย์ มีช่องสำหรับใส่อุปกรณ์ ต่าง ๆ ที่จำเป็น ได้แก่ หัวกรอเร็ว หัวกรอช้า หัวฉีดน้ำ-เป่าลม ไม่น้อยกว่า ๕ ช่อง เป็นชนิด sensor switch สะดวกต่อการทำความสะอาด

๕.๔.๑.๓.๒ ติดตั้งด้านทันตแพทย์บริเวณที่วางถาดเครื่องมือ

๕.๔.๑.๔ มีระบบป้องกันการดูดน้ำย้อนกลับเข้าด้ามหัวกรอ (Non-water retraction หรือ Antiretraction valve) อยู่ภายในแผงควบคุม บังคับให้การไหลเป็นไปในทิศทางเดียว ไม่เกิด การย้อนกลับ

๕.๔.๒ สวิทช์เท้าควบคุม

๕.๔.๒.๑ เป็นชนิดคันโยก หรือชนิดเหยียบ มีปุ่มควบคุมอยู่ในสวิทช์เท้าชุดเดียวกัน

๕.๔.๒.๒ สามารถควบคุมการทำงานของเครื่องมือต่าง ๆ ด้วยระบบไฟฟ้า

๕.๔.๒.๓ ควบคุมที่นั่งผู้ป่วย (Dental patient chair) สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และปรับระดับพนักพิง

๕.๔.๒.๔ สามารถควบคุมการทำงานของด้ามกรอ

๕.๔.๒.๕ สามารถควบคุมลมเป่าแห้งหัวกรอเร็วได้ (Air Chip Blowing System)

๕.๔.๒.๖ สามารถเลือกใช้ด้ามกรอฟันทำงานแบบไม่มีน้ำหรือมีน้ำร่วมด้วยได้

๕.๔.๓ ปุ่มแผงสวิทช์ควบคุม (Control panel)

๕.๔.๓.๑ เป็นแบบแผ่นกดอยู่ด้านทันตแพทย์และด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ ใช้ควบคุม, การทำงานต่าง ๆ

๕.๔.๓.๒ ด้านทันตแพทย์บริเวณที่วางถาดเครื่องมือ

๕.๔.๓.๒.๑ มีปุ่มโปรแกรมเลือกตำแหน่งเก้าอี้ผู้ป่วย สามารถตั้งปรับ, ตำแหน่งเก้าอี้ให้ทำงานแบบอัตโนมัติ (preset)

๕.๔.๓.๒.๒ มีปุ่มสวิทช์ควบคุมการทำงานของด้ามหัวกรอฟัน,

๕.๔.๓.๒.๓ สามารถเลือกให้ด้ามกรอฟันทำงานแบบไม่มีน้ำหรือมีน้ำร่วม, ด้วยได้

๕.๔.๓.๒.๔ มีหน้าจอ (display) แสดงการทำงานของด้ามกรอฟันและ, เครื่องมือต่างๆ

๕.๔.๓.๓ ด้านผู้ช่วยทันตแพทย์อย่างน้อยต้องมีโปรแกรมปรับตำแหน่งเก้าอี้ผู้ป่วย อัตโนมัติ

๑..... ๒..... ๓.....

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปิ่นเกล้าฯ กรุงเทพมหานคร

๕.๘ ระบบให้แสงสว่าง (Dental Light)

๕.๘.๑ โคมไฟเป็นชนิดไร้เงา มีฝาครอบใสป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

๕.๘.๑.๑ โคมไฟเป็นชนิดไร้เงา มีฝาครอบใสป้องกันฝุ่นและละอองน้ำ

๕.๘.๑.๒ มีด้ามจับซ้าย-ขวา ส่วนที่จับโคมไฟถอดใส่ได้สะดวก นำไปทำให้ปราศจาก

เชื้อโรคได้

๕.๘.๑.๓ หลอดโคมไฟส่องปากเป็นหลอดไฟชนิด LED ไม่น้อยกว่า ๔ ดวง

๕.๘.๑.๔ ความเข้มแสงที่ระดับสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒๐,๐๐๐ ลักซ์

๕.๘.๑.๕ มีสวิทช์เปิด-ปิดโคมไฟส่องปากชนิด sensor switch ที่ติดตั้งมาจาก

โรงงานผู้ผลิตยูนิตทันตกรรม

๕.๘.๑.๖ เป็นผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน มีเครื่องหมายการค้าเดียวกับยูนิตทันตกรรม

ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน

๕.๘.๒ แขนสำหรับยึดโคมไฟ

๕.๘.๒.๑ ทำด้วยวัสดุไม่เป็นสนิม ยึดโคมไฟและเชื่อมต่อออกมาจากหน่วยทันตกรรมหลัก

๕.๘.๒.๒ เป็น flexible arm สามารถปรับระดับได้ทั้งแนวดิ่งและแนวระดับ

๕.๙ เก้าอี้คนไข้ (Dental Patient Chair)

๕.๙.๑ ปรับตำแหน่งได้โดยระบบไฮดรอลิก (Electro Hydraulic) หรือเกียร์มอเตอร์ (Gear Motor) โครงสร้างเป็นแบบ Z Type

๕.๙.๒ โครงสร้างหลักของเก้าอี้ (chair frame) ได้แก่ โครงสร้างส่วนฐาน และส่วนที่รองรับเบาะที่นั่งซึ่งเป็นส่วนรับน้ำหนัก เป็นโลหะทนทาน ไม่เป็นสนิม

๕.๙.๓ พนักพิงศีรษะ (Head rest) ปรับเลื่อนสูง-ต่ำได้ตามต้องการ โดยไม่เลื่อนไหลกลับ สามารถปรับใช้กับเด็กและผู้พิการที่นั่งเก้าอี้ล้อเข็น (wheel chair)

๕.๙.๔ มีที่วางแขนด้านซ้ายของเก้าอี้คนไข้เป็นอย่างน้อย

๕.๙.๕ สามารถปรับตำแหน่งที่นั่งได้หลายลักษณะ ได้แก่ ปรับขึ้น-ลง เอนหลัง (manual) ปรับอัตโนมัติคืนสู่ตำแหน่งปกติ (Auto-return หรือ Zero Position) และตำแหน่งสุดท้าย (Last Memory Position)

๕.๙.๖ สามารถปรับตั้งตำแหน่งที่นั่งผู้ป่วยล่วงหน้า (Preset control) ได้อย่างน้อย ๒ ตำแหน่ง

๕.๙.๗ มีที่ควบคุมการทำงานที่นั่งผู้ป่วยอย่างน้อย ๒ จุด อยู่ด้านผาดวางเครื่องมือและด้านผู้ช่วยทันตแพทย์

๕.๙.๘ มีระบบควบคุมขณะใช้เครื่องกรอฟันที่นั่งผู้ป่วยต้องไม่เปลี่ยนตำแหน่ง (Chair lock system)

๕.๙.๙ มีระบบหยุดอัตโนมัติ เมื่อมีสิ่งกีดขวางเก้าอี้ผู้ป่วยเก้าอี้ผู้ป่วยเคลื่อนที่ลง (Auto safety stop) อย่างน้อย ๓ ตำแหน่ง คือ แขนวางเครื่องมือด้านผู้ช่วยทันตแพทย์ ได้ชุดอ่างล้างปาก และพนักพิงเก้าอี้คนไข้

๕.๙.๑๐ เก้าอี้คนไข้ (Dental chair) เป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานบริษัทประเทศเดียวกับหน่วยทันตกรรมหลัก

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๕.๑๐ เก้าอี้ผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม (Dental Operating Stools)

๕.๑๐.๑ เก้าอี้ทันตแพทย์ จำนวน ๑ ตัว

๕.๑๐.๑.๑ ที่นั่งสามารถหมุนได้รอบ ๓๖๐ องศา มีพนักพิงส่วนรองรับเอว (lumbar support)

๕.๑๐.๑.๒ ฐานและที่วางพักเท้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าส่วนของที่นั่ง ทำด้วยวัสดุไร้สนิม มีล้อเลื่อนไม่น้อยกว่า ๕ ล้อ

๕.๑๐.๑.๓ สามารถปรับสูง-ต่ำได้

๕.๑๐.๒ เก้าอี้ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน ๑ ตัว

๕.๑๐.๒.๑ มีพนักพิงส่วนรองรับเอว (lumbar support)

๕.๑๐.๒.๒ ฐานและที่วางพักเท้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางกว้างกว่าส่วนของที่นั่ง ทำด้วยวัสดุไร้สนิม มีล้อเลื่อนไม่น้อยกว่า ๕ ล้อ

๕.๑๐.๒.๓ สามารถปรับสูง-ต่ำได้

๖. การส่งมอบสิ่งของและการรับประกัน

๖.๑ พัสดุที่ส่งมอบต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้หรือใช้สาธิตมาก่อน และต้องติดตั้งทดสอบระบบพร้อมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที

๖.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่รับมอบพัสดุ โดยจะต้องรับผิดชอบซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖.๓ กรณีขัดข้องหรือชำรุดขณะใช้งานตามปกติ จะต้องส่งช่างที่มีความรู้ความชำนาญเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นภายใน ๔๘ ชั่วโมง หลังจากได้รับแจ้งจากหน่วยงาน

๖.๔ ภายในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง หากเกิดกรณียูนิตทันตกรรมเกิดปัญหาและชำรุด หากจะต้องจัดการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม เกินกว่า ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง จะต้องนำยูนิตทันตกรรมมาสำรองให้ใช้งานโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

๖.๕ ภายในระยะเวลาการรับประกันความชำรุดบกพร่อง หากกรณียูนิตทันตกรรมเกิดชำรุดเสียหายในอาการเดิมและมีผลกระทบต่อการใช้งานอย่างมาก หากได้ดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขเกิน ๒ ครั้งแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิม จะต้องเปลี่ยนยูนิตทันตกรรมชุดใหม่ให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และต้องดำเนินการภายในระยะเวลา ๖๐ วัน

๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานแสดงการรับรองจากผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มาพร้อมกับการยื่นของเสนอราคา

๖.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำการตรวจเช็คและบำรุงรักษายูนิตทันตกรรมทุก ๖ เดือน ตลอดอายุการรับประกัน และจะต้องมีเอกสารตรวจเช็คและบำรุงรักษาให้หน่วยงานผู้ใช้ไว้ด้วย

๖.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งเจ้าหน้าที่หรือช่างผู้เชี่ยวชาญเข้ามาแนะนำหรือสอนวิธีการใช้งาน ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานจนสามารถใช้งานได้

๖.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

๖.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำเครื่องหมายกำกับที่แคล์คูล็อกในแต่ละหัวข้อให้ชัดเจนว่า ผลิตภัณฑ์รุ่นที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนด เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๖.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยตรงจากบริษัทโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายช่วง และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๖.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๖.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำป้ายที่คงทนแสดง ชื่อบริษัท ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และระยะเวลารับประกัน ติดไว้กับตัวเครื่องให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๘. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นางสาวลัดดา วัฒนาปฐิมากุล) ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวรังงาม วชิรณิต) ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวบังอร คำสิม) ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน



(นายสุกิจ ศรีพิยวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อยูนิตทันตกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดให้แสงสว่างที่ปลายหัวกรอบแบบ LED จำนวน ๒ ชุด
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
เป็นเงิน.....๑,๙๖๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)๙๘๐,๐๐๐.๐๐.....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง).....
๕.๑ บริษัท แอคคอร์ด คอร์ปอเรชั่น จำกัด.....
๕.๒ บริษัท ใจโก้ อินเทอร์เน็ต จำกัด.....
๕.๓ บริษัท เดนทัล วิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด.....
๕.๔ ราคาที่เคยจัดซื้อภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ รพจ.๓๒/๒๕๖๑ ลว. ๒๙ มี.ค.๒๕๖๑.....
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน.....
๖.๑ นางสาวลัดดา วัฒนาปฐิมากุล ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ X จดหมาย.....
๖.๒ นางสาวร็กงาม วชิรณิต ตำแหน่ง ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ X.....
๖.๓ นางสาวบังอร คำสิม ตำแหน่ง ผู้ช่วยทันตแพทย์ชำนาญงาน X มี.ค. ๖.....
๖.๔
๖.๕

-เห็นชอบ



(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร