




บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๗๗๗๘, ๗๗๗๙

ที่ นส. ๗๗๒๒๑

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดวัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดวัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ภายในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B ๒๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิวคณา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ด่วนที่สุด

เรียน.....
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุธน เอกเสถียร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัด	จำนวน	๑๐	เครื่อง
ความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัด			
ความดันโลหิตแบบภายนอกและการ			
หายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒			
นิ้ว			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๘-๗๗๗๘, ๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล CKP_Patsadu@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th, www.msdbangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ : เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจน
ในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว

จำนวน ๑๐ เครื่อง

ศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑. ความเป็นมา

ศูนย์เครื่องมือทางการแพทย์ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ค่าครุภัณฑ์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องติดตาม
การทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ
ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่
กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลางตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีพิพารณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๑. เป็นเครื่องติดตามการทำงานคลื่นไฟฟ้าหัวใจและสัญญาณชีพแบบข้างเดียว สามารถวัดคลื่นไฟฟ้าค่าความดันโลหิตแบบภายนอก ปริมาตรความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด ค่าอัตราการเต้นของชีพจร

๒. สามารถใช้งานร่วมกับไฟฟ้ากระแสสลับ AC ในช่วง ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์ หรือในช่วง ๑๐๐-๒๕๐ โวลต์ ความถี่ในช่วง ๕๐-๖๐ เฮิรตซ์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ชนิด Ni-MH หรือ Li-ion สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง

๓. แสดงผลด้วยจอสีชนิด TFT หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว สามารถแสดงผลได้ไม่น้อยกว่า ๔ ช่องสัญญาณ และสามารถขยายตัวเลขให้เป็นขนาดใหญ่มองเห็นได้ในระยะไกล

๔. มีระบบเก็บข้อมูลย้อนหลัง Alarm event ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กลุ่มข้อมูล หรือ Alarm History ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ชั่วโมง และ NIBP recall หรือ NIBP Trend ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ กลุ่มข้อมูล

๖. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ภาควัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

๑. สามารถวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจได้ ๓ lead (lead I, lead II, lead III) หรือดีกว่า

๒. สามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจได้ ๑๕-๓๐๐ ครั้งต่อนาที หรือ ดีกว่า

๓. สามารถวิเคราะห์ความผิดปกติการเต้นของหัวใจ (Arrhythmia analysis)

๔. มีระบบป้องกันสัญญาณรบกวนเมื่อใช้งานร่วมกับเครื่องกระตุ้นหัวใจ

๕. สามารถวัดอัตราการหายใจแบบใช้ความต้านทานจากสายวัดสัญญาณไฟฟ้าหัวใจ

๖. สามารถวัดค่า ST ได้ ได้ตั้งแต่ -๒.๐ ถึง ๒.๐mV หรือดีกว่า

๗. สามารถเลือกความเร็ว Sweep Speed ได้ ๑๒.๕ mm/s, ๒๕ mm/s และ ๕๐ mm/s

๘. สามารถเลือก Gain การขยายสัญญาณได้ ๐.๒๕, ๐.๕, ๑, ๒ หรือกว้างกว่า

๙. สามารถตั้งค่าการเตือนได้

- ภาควัดความดันโลหิตชนิดภายนอก

๑. การทำงานของเครื่องเป็นแบบ Oscillometric

๒. สามารถแสดงค่าความดันโลหิตได้ตั้งแต่ Systolic, Diastolic, Mean

๓. มีโหมดการวัดให้เลือก ๓ แบบ คือ Manual, Automatic และ Continuous หรือ Stat

๔. สำหรับโหมด Automatic สามารถกำหนดช่วงเวลาในการวัดได้ตั้งแต่ ๑ นาที

๕. มีช่วงการวัดความดันโลหิตแยกระหว่าง Adult, Child, Neonate โดยเด็กเล็ก (Neonate) Systolic ๓๐-๑๓๐ mmHg, Diastolic ๑๐-๑๐๐ mmHg, Mean ๒๐-๑๑๐ mmHg

๖. มีระบบป้องกันแรงดันเกิน (Overpressure protection)

๗. สามารถตั้งค่าการเตือนได้

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์ารม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฎิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

- การตรวจวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด

๑. สามารถวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือดตั้งแต่ ๑-๑๐๐% หรือกว้างกว่า.
๒. สามารถแสดง PLETHYSMOGRAPH ได้
๓. มีค่า accuracy ในการวัดผู้ใหญ่และเด็กโต $\pm 2\%$ (๗๐-๑๐๐%) และในเด็กแรกเกิด $\pm 3\%$ (๗๐-๑๐๐%)
๔. สามารถแสดงอัตราการเต้นของสัญญาณชีพได้ตั้งแต่ ๔๐-๒๐๐ bpm หรือกว้างกว่า
๕. สามารถตั้งค่าการเตือนได้

- การตรวจวัดอัตราการหายใจ

๑. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Transthoracic impedance
๒. สามารถวัดอัตราการหายใจได้ ๓-๑๒๐ ครั้ง/นาที หรือดีกว่า
๓. สามารถปรับ Sweep speed ๖.๒๕ mm/s, ๑๒.๕ mm/s, ๒๕ mm/s หรือดีกว่า

- อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|---------------|
| ๑. ชุดสาย ECG ๕ lead หรือ ๓ lead. | ๑ ชุด/เครื่อง |
| ๒. NIBP cuff ของผู้ใหญ่ ขนาด S, M, L อย่างละ ๓ ชิ้น
พร้อมสายที่ต่อกับเครื่อง | ๑ ชุด/เครื่อง |
| ๓. NIBP cuff ของเด็กโตและเด็กเล็ก
อย่างละ ๑ ชิ้น พร้อมสายที่ต่อกับเครื่อง | ๑ ชุด/เครื่อง |
| ๔. Finger SpO ₂ probe ผู้ใหญ่, เด็กโต และเด็กเล็ก อย่างละ ๑ ชิ้น | ๑ ชุด/เครื่อง |
| ๕. คู่มือการใช้งานภาษาไทย | ๑ ชุด/เครื่อง |
| ๖. Rolling stand | ๑ อัน/เครื่อง |
| ๗. มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุดต่อเครื่อง | |

๕ หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๖. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันตรวจรับมอบพัสดุ
๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองว่ามีช่างเทคนิคที่ผ่านการอบรมการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือดังกล่าว
๓. ในระยะเวลาอายุการรับประกัน หากเครื่องมีปัญหาและจัดซ่อมนานเกินกว่า ๗ วัน จะต้องต้องมีเครื่องสำรองเพื่อไว้ให้ใช้งาน
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนะนำและสาธิตการใช้และบำรุงรักษาเครื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลจนสามารถใช้งานได้ดี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติม
๕. ในวันส่งมอบเครื่องทั้งหมด ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งใบรับรองการสอบเทียบ (Calibrate) ของเครื่องให้กับหน่วยงานผู้ใช้งาน

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีพิทยารม)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการเขตพระนคร

๖. ในระยะเวลาอายุการรับประกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องทำการสอบเทียบเครื่อง (Calibrate) ให้น้อยปีละ ๑ ครั้ง และทำการดูแลบำรุงรักษาเครื่อง เพื่อให้เครื่องอยู่ในมาตรฐานอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง พร้อมออกใบรับรองแจ้งการบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องแต่ละครั้ง

๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีหนังสือรับรองมีอะไหล่ เพื่อซ่อมไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ ไปพร้อมกับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ

๙. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทโรงงานผู้ผลิต หรือตัวแทนจำหน่ายช่วง และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาเอกสารต่าง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติเครื่องมือแพทย์ จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุ และรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๘. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๙. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายขเลวัน ภิญโญโชติวงศ์) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ กรรมการ
(นางกรรณิกา ธนไพโรจน์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาววันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายสุกิจ ศรีพิทยารณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฎิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ วัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด วัดความดันโลหิตแบบภายนอกและการหายใจ ขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)		
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร		
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท		
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	ณ.วันที่ ๑ ๙ พ.ย. ๒๕๖๑		
เป็นเงิน	๖๕๕,๐๐๐.-	บาท	
ราคา/หน่วย	๖๕,๕๐๐.-	บาท	
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๕.๑	บริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด		
๕.๒	บริษัท โซวิค จำกัด		
๕.๓	ราคาที่เคยจัดซื้อภายใน ๒ ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ รพจ.๔๕/๒๕๖๑ ลว. ๖ ส.ค.๒๕๖๑		
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๖.๑ นายชเลวัน ภิญโญโชติวงศ์		
	๖.๒ นางกรรณิกา ธนไพโรจน์		
	๖.๓ นางสาววันเพ็ญ ฉัตรชัยเรืองศรี		

เห็นชอบ



(นายสุกิต ศรีพิทยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร