



บันทึกข้อความ

วิชาการและแผนงาน
เลขรับภายใน 834
วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา 15.30 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๐๒๗๗๘, ๐๒๗๗๙

ที่ พค. ๓๙๙/๒๑

วันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิทัล ชนิดไม่ต้องขยาย
ม่านตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิทัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ภายในวงเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B ๖๐ /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิวคक्षा)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ด่วนที่สุด

เรียน.....
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุธน เอกเสถียร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๑๙ มิ.ย. ๒๕๖๑



กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิทัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๙-๗๗๗๗ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล anuponp@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิทัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน ๑ เครื่อง
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑/ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

สำหรับใช้ถ่ายภาพจอประสาทตา เพื่อตรวจคัดกรองโรคที่สำคัญของจอประสาทตา โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ในผู้ป่วยเบาหวาน

๒/ คุณสมบัติทั่วไป




- ๒.๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๒ มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานครบชุด
- ๒.๓ มีช่างผู้ชำนาญคอยแนะนำการใช้เครื่องเป็นอย่างดี
- ๒.๔ มีคู่มือสำหรับใช้งาน และการดูแลเครื่อง
- ๒.๕ มีคอมพิวเตอร์พร้อมโปรแกรมอิมเมจเน็ตสำหรับเก็บภาพและข้อมูลผู้ป่วย
- ๒.๖ มีโต๊ะวางเครื่องมือ สามารถปรับความสูงของพื้นโต๊ะได้
- ๒.๗ ใช้กับไฟฟ้าขนาด ๒๒๐-๒๔๐ โวลท์ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์

๓/ คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๑ ขนาดของภาพถ่ายอย่างน้อย ๔๕ องศาขึ้นไป
- ๓.๒ สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาของผู้ป่วยที่มีรูม่านตาเล็กที่สุด ๓.๓ มิลลิเมตร ได้
- ๓.๓ มีความละเอียดของภาพอย่างน้อย ๑๒ ล้านพิกเซล
- ๓.๔ สามารถเลือกถ่ายภาพได้อย่างน้อย ๗ ตำแหน่ง โดยมีเป้าหมายอยู่ในตัวเครื่อง
- ๓.๕ ตัวเครื่องมีฟังก์ชัน Red Free แบบ Optical Filter
- ๓.๖ สามารถถ่ายภาพจอประสาทตาในผู้ป่วยที่มีสายตาสั้นผิดปกติ โดยปรับชดเชยสายตาได้ไม่น้อยกว่า - ๑๒.๐๐ ถึง +๑๕.๐๐ ไดออพเตอร์
- ๓.๗ มีระบบ Auto Focus และ Auto Shoot
- ๓.๘ มีระยะในการใช้งานที่ ๒๘ มม. หรือ ๔๐.๗ หรือ ๔๕.๗ มม.
- ๓.๙ มีชุดคอมพิวเตอร์เพื่อใช้งานร่วมกับเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
- ๓.๑๐ มีโต๊ะวางเครื่องมือปรับขึ้นลงได้ด้วยไฟฟ้า

๔/ อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|--|-----------------|
| ๔.๑ เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิทัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา | จำนวน ๑ เครื่อง |
| ๔.๒ โต๊ะวางเครื่องมือ สามารถปรับระดับความสูงได้ด้วยไฟฟ้า | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๓ ชุดเครื่องมือโครคอมพิวเตอร์ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔.๔ ชุดเครื่องปรับระดับไฟฟ้า STABILIZER | จำนวน ๑ ชุด |

๑.  ๒.  ๓. 


(นายสุกิจ ศรีพิทยวรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวม

๖. เงื่อนไขอื่น ๆ

๖.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว กรณีเครื่องเกิดการขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้ จะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากหน่วยงาน และหากแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องนำเครื่องสำรองที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันมาสำรองเพื่อให้ใช้งานแทนโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

๖.๒ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งาน หรือใช้สัปดาห์ก่อน

๖.๓ คู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่อง จำนวน ๑ ชุด

๖.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิต หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วง โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา

๖.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

๖.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีช่างที่ชำนาญงานเพื่อฝึกอบรมและสาธิตวิธีการใช้เครื่องอย่างถูกต้องให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานให้มีความรู้ความเข้าใจจนสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดี

คณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายอุทัย เจริญจิตวัฒนา) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวตลฤดี ศิรินิล) นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวธัญญ์ เสรีดิษยารัตน์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

(นายสุกิจ ศรีทิพวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ	จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพจอประสาทตาแบบดิจิทัล ชนิดไม่ต้องขยายม่านตา จำนวน ๑ เครื่อง		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร		
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท,		
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑๙ เม.ย. ๒๕๖๑		
เป็นเงิน	๑,๒๐๐,๐๐๐.-	บาท	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)			
๔.๑	บริษัท เพอร์เฟ็คท์ เซอจิคอล จำกัด,		
๔.๒	บริษัท ท็อปคอน อินสทრูเมนต์ (ไทยแลนด์) จำกัด		
๔.๓			
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. นายอุทัย เจริญจิตรวัฒนา		
	๒. นางสาวดลฤดี ศิรินิล		
	๓. นางสาวธัญญ์ เสรีดิษยารัตน์		

อนุมัติ



(นายสุกิจ ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร