



บันทึกข้อความ

วิชาการและแผนงาน
เลขรับภายใน ๘๐๗
วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑
เวลา ๐๙.๐๖ น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๓๗๗๘, ๓๗๗๙

ที่ วันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑

เรื่อง ขอส่งสำเนาประกาศประกวดราคาจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ภายในวงเงิน ๕,๓๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B ๕๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นายอนุพงษ์ ทิวคำษา)
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ด่วนที่สุด

เรียน.....

เพื่อโปรดทราบ


(นายพิษณุวิศว์ ไวาพานิชการ)
นักเวชنيทัศน์ชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๑



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์

จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาค้างนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดิน	จำนวน	๑	ชุด
ปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์			
(ครั้งที่ ๓)			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๒๘๙-๗๐๐๐ ต่อ ๗๗๗๘, ๗๗๗๙ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล anupong@ckphosp.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th, www.bangkok.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

(นายสุทธี ศรีทิพยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓)
กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์

๑. ความเป็นมา

กลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ ได้ขออนุมัติเงินงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
โรงพยาบาล เพื่อดำเนินการจัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน
๑ ชุด ภายในวงเงิน ๕,๓๔๐,๐๐๐.- บาท (ห้าล้านสามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) .

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นชุดเครื่องมือสำหรับการตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ พร้อมกับการทำหัตถการเพื่อ
วินิจฉัยหรือรักษาปัญหาของระบบทางเดินปัสสาวะได้

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๑.มีความสามารถตามกฎหมาย

๒.ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจาก
เป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
กำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕.ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้
จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖.มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว

๘.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วม กัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ให้แก่
กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะ
กรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- | | |
|---|--------------|
| ๑. ชุดเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ (Camera Control Unit) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒. หัวกล้องรับสัญญาณภาพสำหรับส่องตรวจและผ่าตัด | จำนวน ๑ ชิ้น |
| ๓. ชุดเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED | จำนวน ๑ ชุด |
| ๔. กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะชนิดวิดีโอทัศนแบบโค้งงอได้ | จำนวน ๑ ชุด |

๕. คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค

๕.๑ ชุดเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ (Camera Control Unit) พร้อมหัวกล้องรับสัญญาณภาพ ประกอบด้วย

๕.๑.๑ ชุดเครื่องควบคุมสัญญาณภาพ (Camera control unit) จำนวน ๑ ชุด

๕.๑.๑.๑ มีช่องสัญญาณภาพออก (Outputs) ชนิด DVI หรือ HDMI

๕.๑.๑.๒ รองรับภาพความละเอียดสูงซึ่งมีความละเอียด (Resolution) ที่ ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixels

๕.๑.๑.๓ มีระบบประมวลผลภาพแบบดิจิทัล (Digital image processing module) หรือเป็นระบบปรับสมดุลสีขาวอัตโนมัติ (Automatic white balance)

๕.๑.๑.๔ ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน ๑๐๐-๒๔๐ VAC ที่ความถี่ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์

๕.๑.๑.๕ ได้รับรองมาตรฐาน Protection class I, CF-Defib หรือได้รับรองมาตรฐาน CE marking acc. to RL ๙๓/๔๒/EWG

๕.๑.๑.๖ เป็นเครื่องรับสัญญาณภาพจากหัวกล้องสำหรับใช้งานร่วมกับหัวกล้องรับภาพความละเอียดสูงชนิด ๓ ชิป

๕.๑.๒ หัวกล้องรับสัญญาณภาพสำหรับส่องตรวจและผ่าตัด จำนวน ๑ ชิ้น

๕.๑.๒.๑ เป็นหัวกล้องรับภาพ (Camera head) ชนิดใช้ปรับภาพจำนวน ๓ ชิป (Three-chip)

๕.๑.๒.๒ ความละเอียดของการรับภาพ (Resolution) ไม่น้อยกว่า ๑๙๒๐ x ๑๐๘๐ pixels

๕.๑.๒.๓ สามารถแช่หัวกล้องได้ (Soakable) และสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ด้วยวิธีอบแก๊ส (Gas) หรือ Autoclable

๕.๑.๒.๔ ระยะโฟกัส (Focus length) มีค่า $f = ๑๕-๓๑$ mm หรือ มีค่า $f = ๑๖-๓๔$ mm

๕.๑.๒.๕ มีปุ่มที่หัวกล้องที่สามารถตั้งโปรแกรมได้ (Programmable camera head buttons) จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ปุ่ม

๕.๒ ชุดเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED ประกอบด้วย

๕.๒.๑ ชุดเครื่องกำเนิดแสงชนิดหลอด LED จำนวน ๑ ชุด

๕.๒.๑.๑ ใช้งานได้ยาวนาน เนื่องจากหลอดไฟชนิด LED มีอายุของหลอด (Lamp life time) ประมาณ ๓๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๕.๒.๑.๒ ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน ๑๐๐-๒๔๐ VAC

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

- ๕.๒.๑.๓ ได้รับรองมาตรฐาน IEC ๖๐๑-๑, protection class ๑/CF หรือได้รับรองมาตรฐาน ๙๓/๔๒/ECC, IEC ๖๐๑-๑/CE, EN ๖๐๖๐๑-๑
- ๕.๒.๒ สายนำแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic light cable) b จำนวน ๑ เส้น
- ๕.๒.๒.๑ เป็นสายนำแสงชนิดไฟเบอร์ออปติก (Fiber optic light cable)
- ๕.๒.๒.๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของสายนำแสงขนาด ๓.๕ มิลลิเมตร
- ๕.๒.๒.๓ ความยาวใช้งาน ๓๐๐ เซนติเมตร
- ๕.๓ กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะชนิดวิดีโอทัศนแบบโค้งงอได้ ประกอบด้วย
- ๕.๓.๑ กล้องส่องตรวจกระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะชนิดวิดีโอทัศนแบบโค้งงอได้ (Video cysto-urethrosopes) จำนวน ๑ กล้อง
- ๕.๓.๑.๑ การโค้งงอส่วนปลาย (Deflection of distal tip) สามารถโค้งงอขึ้นได้ไม่น้อยกว่า ๒๑๐ องศา และโค้งงอลงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา
- ๕.๓.๑.๒ สามารถมองภาพได้มุมกว้าง (Angle of view) ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ องศา
- ๕.๓.๑.๓ ความยาวใช้งาน (Working length) ไม่น้อยกว่า ๓๗ เซนติเมตร
- ๕.๓.๑.๔ มีช่องใส่เครื่องมือขนาดไม่น้อยกว่า ๖.๕ Fr.
- ๕.๓.๑.๕ ขนาดส่วนปลอกเครื่องมือ (Sheath) มีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ Fr.
- ๕.๓.๑.๖ อุปกรณ์ในชุดประกอบด้วย
- ๕.๓.๑.๖.๑ จุกปิดเพื่อชดเชยแรงดัน (pressure compensation cap) หรือ มีวาล์วท่อดูด
- ๕.๓.๑.๖.๑ แปรงทำความสะอาดช่องใส่เครื่องมือ (cleaning brush) หรือ มีอุปกรณ์ทำความสะอาด
- ๕.๓.๑.๖.๑ ข้อต่อ (adaptor) แบบ LUER หรือ มี sterilization cap
- ๕.๓.๒ ชุดเครื่องรับสัญญาณภาพจากกล้องส่องตรวจแบบโค้งงอได้ (Flexible video endoscope) จำนวน ๑ ชุด
- ๕.๓.๒.๑ เป็นเครื่องรับสัญญาณภาพ (Link module) สำหรับใช้งานร่วมกับกล้องส่องตรวจแบบโค้งงอได้ (Flexible video endoscope)
- ๕.๓.๒.๒ ใช้กับระดับไฟฟ้าแรงดัน ๑๐๐-๑๒๐ VAC/๒๐๐-๒๔๐ VAC ที่ความถี่ ๕๐/๖๐ เฮิร์ตซ์
- ๕.๔ ปลอกนอกสำหรับใส่ในท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ ขนาด ๑๗ Fr. จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๕ ปลอกนอกสำหรับใส่ในท่อปัสสาวะ และกระเพาะปัสสาวะ ขนาด ๑๙ Fr. จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๖ กล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะ มุมมอง ๓๐ องศา เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔ มิลลิเมตร ความยาวส่วนใช้งานประมาณ ๓๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๗ ข้อต่อเชื่อมระหว่างกล้องส่องตรวจกับปลอกนอก สำหรับใส่ในท่อปัสสาวะ พร้อมช่องใส่เครื่องมือ แบบมีวาล์ว ๑ ช่อง จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๘ ปากคิปปับชิ้นเนื้อ ขนาดเครื่องมือ ๗Fr. ปลายปากเป็นชนิดทำงานพร้อมกันทั้งสองข้าง ความยาว ๔๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชิ้น
- ๕.๙ กระบอกดูดชิ้นเนื้อ ขนาดความจุ ๕๐ ซีซี จำนวน ๑ ชิ้น

๑.....๒.....๓.....

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๕.๑๐ ผลิตภัณฑ์จัดหาภายในประเทศ

๕.๑๐.๑ ชิ้นวางเครื่องมือ

จำนวน ๑ ชุด

๕.๑๐.๑ จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๖ นิ้ว

จำนวน ๑ จอ

๕.๑๐.๑ เครื่องพิมพ์ภาพสี

จำนวน ๑ เครื่อง

๕.๑๐.๑ กระดาษบันทึกผล

จำนวน ๑๐๐ ม้วน

๕.๑๐.๕ เครื่องสำรองไฟ (UPS)

จำนวน ๑ เครื่อง

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และพิจารณาราคารวม

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

๑. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือใช้สาธิตมาก่อน
๒. รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ พร้อมติดตั้งและทดสอบระบบให้จนสามารถใช้งานได้ดีตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตโดยวิศวกรหรือช่างผู้มีความรู้และแนะนำการใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจนใช้งานได้ดี
๓. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วง โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา
๔. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบสำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
๕. มีหนังสือคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่อง (Operating Manual) เป็นภาษาไทยและอังกฤษ อย่างละ ๑ ชุด
๖. มีเครื่องหมายถาวรหรือสติ๊กเกอร์ของผู้แทนจำหน่าย ซึ่งแสดงชื่อ ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ติดกับเครื่องสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
๗. รายละเอียดหรือคุณลักษณะนี้เป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสุด คณะกรรมการฯ จะพิจารณารายละเอียดหรือคุณลักษณะที่เทียบเท่า หรือดีกว่า และเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
๘. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำรหัสหมายเลขครุภัณฑ์ และชื่อหน่วยงาน วัน เดือน ปี ที่ส่งมอบพัสดุ ซึ่งทางหน่วยงานจะแจ้งรหัสให้ภายหลัง

๘. ระยะเวลาในการดำเนินการ



ภายในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๑

๙. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๐. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑.  ๒.  ๓. 

(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

๑๑.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายพัสดุ)

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม

เขตบางค้อแหลม กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

๑๑.๒ ทางเว็บไซต์ www.bangkok.go.th

๑๑.๓ ทางเว็บไซต์ www.msd.bangkok.go.th

๑๑.๔ ทางเว็บไซต์ www.ckphosp.go.th

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ.....นายแพทย์ชำนาญการ ประธานกรรมการ
(นายนำชัย มานะบริบูรณ์)

ลงชื่อ.....พัชรา สิริวัฒนเกตุ.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางสาวพัชรา สิริวัฒนเกตุ)

ลงชื่อ.....อารีวรรณ ขำนาญเดชากุล.....พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
(นางอารีวรรณ ขำนาญเดชากุล)

.....
(นายสุกิจ ศรีทิพย์วรรณ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีไข้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ	จัดซื้อชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินปัสสาวะแบบโค้งงอได้ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ชุด (ครั้งที่ ๓) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
	/หน่วยงานเจ้าของโครงการ	โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
๒.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๓๔๐,๐๐๐.- บาท
๓.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑
	เป็นเงิน	๕,๓๔๐,๐๐๐.- บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี) -
๔.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	๔.๑	บริษัท โนวีเมด จำกัด
	๔.๒	บริษัท โกสินทร์เวชภัณฑ์ จำกัด
	๔.๓	
๕.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	๑. นายนำชัย มานะบริบูรณ์ ๒. นางสาวพัชรา สิริวัฒนเกตุ ๓. นางอารีวรรณ ชำนาญเดชากุล

อนุมัติ



(นายสุกิจ ศรีพิทยวรรณ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร