



บันทึกข้อความ

วิชาการและแผนงาน
เลขรับภายใน 1378
วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒
เวลา 09.30 น.

ส่วนราชการ ฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โทร. ๗๗๗๘, ๗๗๗๙

ที่ วันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒

เรื่อง ขอสั่งสำเนาประกาศประกวดราคาจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า ๒๑ เตียง ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของโรงพยาบาล

เรียน หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน

ด้วยฝ่ายพัสดุ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จะดำเนินการจัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบ
ไฟฟ้า ๒๑ เตียง ภายในวงเงิน ๑,๑๕๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามประกาศกรุงเทพมหานคร เลขที่ E-B ๐๓ /๒๕๖๓
ลงวันที่ ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๒ ที่แนบมาพร้อมกับบันทึกนี้ เพื่อเผยแพร่ทาง Website ของโรงพยาบาล
เจริญกรุงประชารักษ์ ให้ประชาชนและผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน ตามแนวปฏิบัติของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๒ วรรคหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายอนุพงษ์ ทิววงศ์ษา)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัสดุ

ด่วนที่สุด

เรียน ๑๖๖๐๕๖๓๗๖
เพื่อโปรดทราบ

(นายสุชน เอกเศียร)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
วิชาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
๒๘ ต.ค. ๒๕๖๒



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับตัวระบบไฟฟ้า ๒๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อเตียงผู้ป่วยปรับตัวระบบไฟฟ้า ๒๑ เตียง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานจ้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ : เตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒๑ เตียง
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร
หอผู้ป่วยหญิง ๑๖ จำนวน ๕ เตียง หอผู้ป่วยหญิง ๑๕ จำนวน ๔ เตียง
หอผู้ป่วยชาย ๑๕ จำนวน ๒ เตียง หอผู้ป่วยสูติกรรม ๑๓ จำนวน ๔ เตียง
หอผู้ป่วยหญิง ๑๒ จำนวน ๖ เตียง

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

เป็นเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยควบคุมการทำงานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ๒๔ โวลต์ สามารถปรับทำนั่ง ปรับทำงอเข้า และปรับระดับความสูง-ต่ำ ของเตียง มีระบบสำรองไฟและมีมือหมุนใช้กรณีไฟฟ้าดับหรือมอเตอร์ไฟฟ้าขัดข้อง หรือในขณะเคลื่อนย้ายเตียง

๒. คุณสมบัติทั่วไป

- ๒.๑ พื้นเตียงมีขนาดกว้างไม่ต่ำกว่า ๙๐ ซม. ยาวไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ซม. สามารถปรับระดับความสูง-ต่ำของเตียงได้ในช่วง ๔๕ - ๗๐ ซม. (ไม่รวมความสูงของเบาะนอน)
- ๒.๒ สามารถรับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ กิโลกรัม
- ๒.๓ สามารถควบคุมการปรับท่าต่าง ๆ ของเตียงด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ๒๔ โวลต์ ด้วยอุปกรณ์ควบคุมข้างเตียงหรือรีโมท หน้าที่มีอักษรภาษาไทยหรือสัญลักษณ์กำกับการใช้งาน
- ๒.๔ มีชุดควบคุมการปรับระดับที่ปลายเตียง โดยมีกลไกล้อการทำงานของรีโมท
- ๒.๕ มีมือหมุนแบบถอดได้ สำหรับปรับระดับในท่าต่าง ๆ ของเตียงได้ตามปกติ ใช้ในกรณีไฟฟ้าดับหรือมอเตอร์ไฟฟ้าขัดข้อง หรือในขณะเคลื่อนย้ายเตียง
- ๒.๖ มอเตอร์ไฟฟ้าติดตั้งอยู่บริเวณท้ายเตียง จำนวน ๓ ตัว เพื่อความสะดวกต่อการซ่อมบำรุง
- ๒.๗ ใช้งานได้กับไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๒.๘ มอเตอร์ไฟฟ้าได้รับการรับรองมาตรฐาน CE หรือ IEC ๖๐๖๐๑-๑ หรือ IP๖๖
- ๒.๙ บริษัทโรงงานผู้ผลิตมีการบริหารจัดการคุณภาพตามมาตรฐาน ISO๑๓๔๘๕ , ISO๙๐๐๑

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๑. โครงสร้างเตียงผลิตจากเหล็กพ่นสีคุณภาพดี หรือสแตนเลสเกรด ๓๐๔
- ๓.๒. พื้นเตียงแบ่งเป็น ๔ ตอน ทำด้วยเหล็กพ่นสีคุณภาพดีหรือสแตนเลส เกรด ๓๐๔ พับขอบคว่ำสูงไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว เสริมกระดูกกลางจำนวนอย่างน้อย ๒ เส้น (ตามแนวยาวตลอดของพื้นเตียงทั้ง ๔ ตอน) มีช่องระบายอากาศและความอบอุ่นให้กับที่นอน
- ๓.๓. พนักหัวเตียง-ท้ายเตียง ทำด้วยพลาสติกอย่างดี ฉידขึ้นรูปทั้งชิ้น มีความแข็งแรง มีช่องมือจับสำหรับเข็นเคลื่อนย้ายเตียงได้สะดวก สามารถถอดออกจากเตียงและสวมใส่ได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ช่วย
- ๓.๔. ราวกันเตียงทำด้วยสแตนเลสกลม เกรด ๓๐๔ เป็นแบบยาวตลอดแนวเตียงสามารถพับเก็บข้างเตียงและยกกันได้ง่ายและมีความมั่นคงแข็งแรง
- ๓.๕. ล้อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า ๕ นิ้ว หมุนได้รอบตัว จำนวน ๔ ล้อ และมีระบบเซ็นทรัลล็อก
- ๓.๖. เตียงสามารถปรับท่าต่าง ๆ ได้ดังนี้
 - ๓.๖.๑ ปรับระดับต่ำสุด - สูงสุด ได้ตั้งแต่ ๔๕ - ๗๐ ซม. (ไม่รวมเบาะนอน)
 - ๓.๖.๒ ปรับทำนั่ง ได้ ๗๕ องศา หรือมากกว่า
 - ๓.๖.๓ ปรับทำงอเข้า ได้ ๔๕ องศา หรือมากกว่า

๑.....*สมหมาย*.....๒.....*สมชาย*.....๓.....*สมใจ*.....

- ๓.๗. มีปั๊มกด CPR เพื่อปรับพื้นเตียงราบและปรับระดับเตียงให้ต่ำสุดในครั้งเดียว
- ๓.๘. มีขอแขวนถุง Drain และ/หรือถุงปัสสาวะ จำนวน ๒ ขอ ติดอยู่ข้างเตียงทั้งสองข้าง
- ๓.๙. มียางกันชนเป็นลูกกลิ้งอยู่ด้านหัวเตียง เพื่อป้องกันเตียงเสียดสีกับกำแพงห้อง
- ๓.๑๐. มีที่เสียบเสาแขวนขวดน้ำเกลือ ทั้ง ๔ มุมเตียง

๔. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๔.๑. เบาะนอนทำด้วยฟองน้ำอัดแข็งอย่างดี หุ้มด้วยหนังเทียมมีซิปสามารถถอดเปลี่ยนได้
แบบตอนเดียวตามขนาดของเตียง มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ หลัง/เตียง
- ๔.๒. มีคู่มือการใช้งาน และการบำรุงรักษา
- ๔.๓. เสาไม้เกลือสแตนเลส ชนิดปรับสูง-ต่ำ ได้ จำนวน ๑ เสา/เตียง

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑. เป็นของใหม่ที่ไม่เคยใช้งานหรือใช้สัปดาห์มาก่อน และอยู่ในสภาพใช้งานได้ทันที
- ๕.๒. รับประกันคุณภาพการใช้งานปกติไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันตรวจรับพัสดุ
- ๕.๓. ในระยะเวลาการรับประกัน จะต้องทำการตรวจสอบและบำรุงรักษาปีละอย่างน้อย ๒ ครั้ง
พร้อมออกเอกสารรายงานผลมอบให้หน่วยงาน
- ๕.๔. มอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่สำรองรับประกัน ไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๕. ต้องมีหนังสือรับรองว่า มีอะไหล่และมีช่างเทคนิคพร้อมให้บริการไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๕.๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแคตตาล็อกทั้งหมดตามที่กำหนดไว้ไปพร้อม
กับการเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ
- ๕.๗. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นสำเนาเอกสารหลักฐานแสดงการเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจาก
บริษัทโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายช่วงและรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับการยื่นเสนอราคา

๖. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

๗. กำหนดราคาซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคารโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันยื่นข้อเสนอราคา

คณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ

ลงชื่อ.....*วันแสง*.....*สนธิโยธิน*.....ประธานกรรมการ

(นางสาววิบูลย์ศรี สันธิโยธิน) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....*สมชาย*.....กรรมการ

(น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีประสงค์ผล) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*สนธิ*.....กรรมการ

(น.ส.สินี ชีวธนาคุปต์) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

๕
(นางเลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑.	ชื่อโครงการ..... จัดซื้อเตียงผู้ป่วยปรับด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๒๑ เตียง	
	โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ..... โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานการแพทย์	
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๑๕ ต.ค. ๒๕๖๒	
	เป็นเงิน..... ๑,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	บาท
	ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... ๕๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๕.	แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
๕.๑	บริษัท วิกตอรี กรุ๊ปการแพทย์ จำกัด	
๕.๒	บริษัท อาทิตย์ กรุ๊ปการแพทย์ จำกัด	
๕.๓	บริษัท ยูนิแอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด	
๕.๔	
๖.	รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน	
๖.๑	นางสาววิบูลย์ศรี สนธิโยธิน ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	อนุพงศ์ สหะโล
๖.๒	นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีประสงฆ์ผล ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	Anon
๖.๓	นางสาวสินี ชีวธนาคุปต์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	Anon
๖.๔	
๖.๕	