



ประกาศกรุงเทพมหานคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา	จำนวน	๑	ชุด
--	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง


ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ [www.ckphosp.go.th](http://www.ckphosp.go.th), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [www.msd.bangkok.go.th](http://www.msd.bangkok.go.th) หรือ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๙ ๗๗๗๘ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โปรดสอบถามมายังกรุงเทพมหานคร ผ่านทางอีเมล [CKP\\_Patsadu@ckphosp.go.th](mailto:CKP_Patsadu@ckphosp.go.th) หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกรุงเทพมหานครจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ [www.ckphosp.go.th](http://www.ckphosp.go.th), [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th), [www.msd.bangkok.go.th](http://www.msd.bangkok.go.th) และ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) ในวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ร่างขอบเขตของงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ  
เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา จำนวน ๑ ชุด  
กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์

๑. ความเป็นมา

โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ได้ขออนุมัติจัดสรรเงินเพื่อซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา จำนวน ๑ ชุด ภายในวงเงิน ๒,๔๘๐,๐๐๐.- บาท (สองล้านสี่แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

เป็นเครื่องวัดค่าเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา โดยใช้ลำแสงเลเซอร์ในการวัดความยาวลูกตา

๓. คุณสมบัติทั่วไป

สามารถวัดความยาวลูกตา วัดความโค้งกระจกตา วัดความลึกช่องหน้าลูกตา วัดเส้นผ่านศูนย์กลางกระจกตาต่ำและคำนวณค่าเลนส์แก้วตาเทียมภายในเครื่องเดียวกันได้

๔. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๔.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๔.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๔.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๔.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๔.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๔.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๔.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรุงเทพมหานคร ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๔.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑. ๑๗๕/๒๕๖๓

๒. ๑๗๕/๒๕๖๓

๓. ๑๗๕/๒๕๖๓

(นายเกียรติกร ดังจิตรณณีกิตตา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกรุงเทพมหานคร

๕. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๕.๑ เป็นเครื่องวัดและคำนวณขนาดกำลังของเลนส์แก้วตาเทียมในเครื่องเดียวกันโดยใช้ลำแสงเลเซอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยี SWEPT Source Biometry™ หรือ Fourier domain
- ๕.๒ เป็นระบบไม่สัมผัสกระจกตา ทำให้ลดอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- ๕.๓ สามารถวัดค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้
  - ๕.๓.๑ ความยาวลูกตา (Axial Length) ได้ตั้งแต่ ๑๔-๓๘ มม. หรือมากกว่า
  - ๕.๓.๒ วัดความโค้งของกระจกตา (Corneal radii ) หรือ (Corneal radius) ได้ตั้งแต่ ๕-๑๑ มม. หรือมากกว่า
  - ๕.๓.๓ วัดความลึกช่วงหน้าลูกตา (Anterior Chamber Depth) ได้ตั้งแต่ ๑.๕-๗.๐ มม. หรือมากกว่า
  - ๕.๓.๔ วัดเส้นผ่าศูนย์กลางกระจกตาดำ (White-to-White) หรือ (Corneal Diameter) ได้ตั้งแต่ ๘-๑๖ มม. หรือมากกว่า
  - ๕.๓.๕ สามารถวัดความหนากระจกตาได้ (Central corneal thickness)หรือ(corneal thickness) ได้ระหว่าง ๐.๒-๑.๒มม. หรือมากกว่า
- ๕.๔ สามารถพิมพ์ผลการคำนวณขนาดกำลังของเลนส์แก้วตาเทียมออกมาทางเครื่องพิมพ์ หรือ มีตัวพิมพ์ผลภายในตัวเครื่อง
- ๕.๕ ผู้ป่วยสามารถนั่งตรวจได้ และมีที่พักคางขณะตรวจ
- ๕.๖ มีสูตรที่สามารถใช้คำนวณหาค่ากำลังของเลนส์แก้วตาเทียมได้ คือ
  - สูตร SRK/T
  - สูตร Holladay หรือ Holladay ๒
  - สูตร Hoffer Q
  - สูตร Haigis หรือ Haigis Suite
- ๕.๗ สามารถคำนวณหาค่ากำลังของเลนส์แก้วตาเทียมสำหรับคนไข้ที่มีการเปลี่ยนแปลงผิวกระจกตา โดยวิธีการ LASIK ด้วยการใช้สูตร Haigis Suite หรือ Shammas-PL
- ๕.๘ รองรับการส่งออกข้อมูลผ่าน USB storage ,

๖. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- ๖.๑ เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตา จำนวน ๑ เครื่อง
- ๖.๒ โต๊ะวางเครื่อง ปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด
- ๖.๓ เก้าอี้ จำนวน ๒ ตัว
- ๖.๔ ชุดเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA จำนวน ๑ ชุด

๗. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๗.๑ รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว
- ๗.๒ ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานหรือใช้สาคามาก่อน
- ๗.๓ มีบริการทำ preventive maintenance เครื่องให้ทุก ๔ เดือน และ Calibrate ทุก ๑ ปี พร้อมออกหนังสือรับรอง ตลอดระยะอายุการประกันคุณภาพ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

๑.....๒.....๓.....๔.....

(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีพิทักษ์)  
 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
 ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

- ๗.๔ เมื่อเครื่องเกิดขัดข้องจะต้องดำเนินการแก้ไขให้ใช้งานได้ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และหากซ่อมแซมแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน จะต้องนำเครื่องสำรองที่มีคุณภาพใกล้เคียงมาทำให้ใช้สำรองแทนเครื่องที่ชำรุด
- ๗.๕ เมื่อเครื่องเกิดการชำรุดบกพร่องในปัญหาเดียวกันมากกว่า ๒ ครั้ง หรือมีปัญหาต้องส่งซ่อม หรือแก้ไข ๓ ครั้งแล้ว เครื่องยังไม่สามารถใช้งานไม่ได้ติดต่อกัน ผู้ยื่นข้อเสนอยินดีเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น ภายใน ๖๐ วัน โดยในระหว่างนี้จะต้องนำเครื่องที่มีคุณภาพใกล้เคียงกันมาสำรองให้ใช้งานไปก่อนจนกว่าจะนำเครื่องใหม่มาทดแทน และหากมีการแก้ไขตัดแปลงให้เครื่องสามารถใช้งานได้ตามปกติ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๖ มีหนังสือรับรองจากบริษัทโรงงานผู้ผลิตว่าจะสนับสนุนอะไหล่สำรองไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๗.๗ มีคู่มือการใช้งานและการบำรุงรักษาเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และมี Quick guide สำหรับแขวนไว้กับตัวเครื่องอย่างละ ๒ ชุด
- ๗.๘ ผู้ยื่นข้อเสนอจะทำการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่อง (Revision Upgrade) หรือกรณี มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดีขึ้น จะต้อง upgrade software ให้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด ตลอดอายุการรับประกันคุณภาพ โดยไม่มีเงื่อนไขและไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
- ๗.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องติดตั้งและทดสอบเครื่องจนสามารถใช้งานได้ดี พร้อมทั้ง มีช่างหรือวิศวกรที่ได้รับการฝึกอบรมจากบริษัทโรงงานผู้ผลิตโดยตรงในการให้บริการหลังการขาย อย่างน้อย ๒ คน ในการซ่อมหรือการให้บริการ
- ๗.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากผู้ผลิตหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายช่วง โดยมีเอกสารประกอบการพิจารณา
- ๗.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องแนบแค็ตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง เพื่อประกอบการพิจารณา และต้องทำหมายเลขข้อตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดหัวข้อให้ชัดเจนว่า เครื่องรุ่นที่นำเสนอมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนด เพื่อประหยัดเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ หลักฐานดังกล่าวนี้จะยึดถือไว้เป็นเอกสารทางราชการ
- ๗.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบสำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าเครื่องมือแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมรายการเครื่องมือแพทย์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

#### ๘. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคาและพิจารณาราคารวมต่ำสุด ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว

#### ๙. กำหนดราคาซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคารโดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จนถึงก่อนวันยื่นข้อเสนอราคา

(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
ผู้บริหารแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

๑๐. ระยะเวลาดำเนินการ  
ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๑. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ  
กำหนดระยะเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๑๒. หน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการ  
โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์ กรุงเทพมหานคร

๑๓. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม หรือเสนอแนะวิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น โดยเปิดเผยตัว

๑๓.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ (ฝ่ายพัสดุ)  
เลขที่ ๘ ถนนเจริญกรุง แขวงบางค้อแหลม  
เขตบางค้อแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐๐

๑๓.๒ ทางเว็บไซต์ [www.bangkok.go.th](http://www.bangkok.go.th)

๑๓.๓ ทางเว็บไซต์ [www.msd.bangkok.go.th](http://www.msd.bangkok.go.th)

๑๓.๔ ทางเว็บไซต์ [www.ckphosp.go.th](http://www.ckphosp.go.th)


๑๓.๕ ทาง e-mail: [CKP\\_Patsadu@ckphosp.go.th](mailto:CKP_Patsadu@ckphosp.go.th)

คณะกรรมการพิจารณากำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ

ลงชื่อ .....  
(นายอุทัย เจริญจิตรวัฒนา) นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ .....  
(นางสาวดลฤดี ศิรินิล) นายแพทย์ชำนาญการ

ลงชื่อ .....  
(นางปานจิต ขอประเสริฐสุข) พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นายเกรียงไกร ตั้งจิตรมณีศักดิ์)  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์  
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ.....จัดซื้อเครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสตา จำนวน ๑ ชุด ✓  
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักงานแพทย์
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ✓ .....บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๓  
เป็นเงิน..... ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ✓ .....บาท  
ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ..... ๒,๔๘๐,๐๐๐.๐๐ ✓ .....บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- ๕.๑ บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด
- ๕.๒ บริษัท คาร์ล ไชส์ส จำกัด
- ๕.๓ ราคาที่ รพ.กลาง เคยจัดซื้อตามสัญญาเลขที่ รพก.๑๔/๒๕๖๐ ลว. ๒๐ มี.ค.๖๐
- ๕.๔ ราคาที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชิตราชนคร เคยจัดซื้อตามสัญญาเลขที่ พวธ.๓๑/๒๕๖๒ ลว.๑ เม.ย.๖๒
- รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายอภัย เจริญจิตวัฒนา X *สม 1๐5๕๕ -*
- ๖.๒ นางสาวดลฤดี ศิรินิล X *สม ๑๕*
- ๖.๓ นางปานจิต ขอบประเสริฐสุข X *สม ๑๕*
- ๖.๔ .....
- ๖.๕ .....